

Договор 2501-396

заказ № _____ от «___» _____ 202 г.
заявка № _____ от «___» _____ 202 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Наименование организации: УЗ "ЛО-О ГКБ"

Адрес организации: 220096, г. Минск, ул. Тарасовская, 23
(полное наименование организации)
(индекс, область, город, улица)

Дефектация прибора (изделия): Ротаметр универсальный ФЭОДГП, №00064

Внешний осмотр оборудования: щелекоритательной
(наименование оборудования)

Проверка технических параметров: Не работает, сломана лопатка
6.22 V 20 W (Magna)

Предварительное заключение: Необходим ремонт с заменой лопатки, подорож конструкция утолщения.

Представитель Исполнителя:
УП «Оптика Сервис Плюс»
А.В. Шинюк
«___» «___» 2025

Представитель Заказчика:
С.А. Лесков
«___» «___» 2025
Инженер Т.А. Шинюк