

АКТ**технического состояния**

Стол общехирургический со сменными панелями ОМ-СИГМА-05, №73

(наименование медицинской техники)

Дата проведения операции	Основание (цель) выполнения операции.	Исполнитель	Заказчик (учреждение, организация)
12.06.2025	Тех. состояние	ООО «АВ СЭВЕН»	Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница»

При ознакомлении с документами, осмотре (проверке) установлено:

1. Состав и качественное состояние

№ п/п	Наименование медицинской техники	Ед. изм.	Кол-во	Заводской номер	Примечание
1	Стол общехирургический со сменными панелями ОМ-СИГМА-05	шт.	1	73	-

2. Техническое состояние

Стол общехирургический со сменными панелями ОМ-СИГМА-05, №73 – неисправен

Неисправность: колесо не фиксируется в прямом направлении, клинит.

3. Заключение

Стол общехирургический со сменными панелями ОМ-СИГМА-05, №73 – подлежит ремонту

Требуется замена колеса.

Акт составил:
Инженер-электроник



А.Г. Семенин

Общество с ограниченной ответственностью

«АВ СЭВЕН»

220014, Республика Беларусь, г. Минск
ул. Кузьмы Минина, д. 26, помещение N10
р/с BY56MTBK30120001093300088012
в ЗАО "МТБанк" БИК МТВКВY22
Адрес банка: г. Минск ул. Толстого 10
УНП 193013023, ОКПО 501374835000
т/ф +37517 3773777, 2703773

АКТ

технического состояния

Стол общехирургический со сменными панелями ОМ-СИГМА 05, 2019г., зав. №71

(наименование медицинской техники)

Дата проведения операции	Основание (цель) выполнения операции.	Исполнитель	Заказчик (учреждение, организация)
16.02.2026	Тех. состояние	ООО «АВ СЭВЕН»	Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница»

При ознакомлении с документами, осмотре (проверке) установлено:

1. Состав и качественное состояние

№ п/п	Наименование медицинской техники	Ед. изм.	Кол-во	Заводской номер	Примечание
1	Стол общехирургический со сменными панелями ОМ-СИГМА 05	шт.	1	71	

2. Техническое состояние

Стол общехирургический со сменными панелями ОМ-СИГМА 05 – неисправен.

Неисправность: не корректно функционирует электронное управление столом.

3. Заключение

Стол общехирургический со сменными панелями ОМ-СИГМА 05 – подлежит ремонту.

Требуется ремонт цепи управления встроенного контроллера, ремонт дистанционного контроллера.

инженер-электроник



А.Г. Семенин

Общество с ограниченной ответственностью

«АВ СЭВЕН»

220014, Республика Беларусь, г. Минск
ул. Кузьмы Минина, д. 26, помещение N10
р/с BY56MTBK30120001093300088012
в ЗАО "МТБанк" БИК МТВКВY22
Адрес банка: г. Минск ул. Толстого 10
УНП 193013023, ОКПО 501374835000
т/ф +37517 3773777, 2703773

АКТ

технического состояния

Стол общехирургический со сменными панелями ОМ-СИГМА 05, 2019г., зав. №70

(наименование медицинской техники)

Дата проведения операции	Основание (цель) выполнения операции.	Исполнитель	Заказчик (учреждение, организация)
11.11.2025	Тех. состояние	ООО «АВ СЭВЕН»	Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница»

При ознакомлении с документами, осмотре (проверке) установлено:

1. Состав и качественное состояние

№ п/п	Наименование медицинской техники	Ед. изм.	Кол-во	Заводской номер	Примечание
1	Стол общехирургический со сменными панелями ОМ-СИГМА 05	шт.	1	70	

2. Техническое состояние

Стол общехирургический со сменными панелями ОМ-СИГМА 05 – неисправен.

Неисправность: аккумуляторы не держат заряд.

3. Заключение

Стол общехирургический со сменными панелями ОМ-СИГМА 05 – подлежит ремонту.

Требуется замена аккумуляторов – 2шт.

инженер-электроник



А.Г. Семинин

Общество с ограниченной ответственностью

«АВ СЭВЕН»

220014, Республика Беларусь, г. Минск
ул. Кузьмы Минина, д. 26, помещение N10
р/с BY56MTBK30120001093300088012
в ЗАО "МТБанк" БИК МТВКВУ22
Адрес банка: г. Минск ул. Толстого 10
УНП 193013023, ОКПО 501374835000
т/ф +37517 3773777, 2703773

АКТ

технического состояния

Стол общехирургический со сменными панелями ОМ-СИГМА 05, 2019г., зав. №73

(наименование медицинской техники)

Дата проведения операции	Основание (цель) выполнения операции.	Исполнитель	Заказчик (учреждение, организация)
11.11.2025	Тех. состояние	ООО «АВ СЭВЕН»	Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница»

При ознакомлении с документами, осмотре (проверке) установлено:

1. Состав и качественное состояние

№ п/п	Наименование медицинской техники	Ед. изм.	Кол-во	Заводской номер	Примечание
1	Стол общехирургический со сменными панелями ОМ-СИГМА 05	шт.	1	73	

2. Техническое состояние

Стол общехирургический со сменными панелями ОМ-СИГМА 05 – неисправен.

Неисправность: аккумуляторы не держат заряд, неисправен кабель питания.

3. Заключение

Стол общехирургический со сменными панелями ОМ-СИГМА 05 – подлежит ремонту.

Требуется замена аккумуляторов – 2шт, замена кабеля питания.

инженер-электроник



А.Г. Семенин