

Общество с ограниченной
ответственностью "БЕЛТОПМЕД"
220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Железнодорожная 37/1, каб. 11
Тел. +375 17 378-16-34
Факс +375 17 320-07-37

Учреждение здравоохранения «10-я городская
клиническая больница»
220096, Республика Беларусь, г. Минск, улица
Уборевича, 73
Тел. +375 17 255-06-59

Дефектный акт № 442 от 06.10.2025

по результатам диагностики оборудования.

1. Наименование, модель и серийный номер оборудования:

консоль потолочная HyLED 9700/9500, серийный номер L4-2C000608T

2. Выявленные неисправности:

Вышли из строя аккумуляторные батареи (АКБ) источника бесперебойного питания.

3. Перечень работ для восстановления полного функционирования аппарата:

Замена АКБ.

4. Перечень необходимых запасных частей и материалов:

АКБ - HR 1234 W F2 12V/9Ah - 2 шт.

ООО "БЕЛТОПМЕД"
Инженер по медицинскому оборудованию

Саламатин Е. Ю.



Представитель «Учреждение
здравоохранения «10-я городская
клиническая больница»»

Инженер 1000. Яковлев

Должность, ФИО

Подпись