

Общество с ограниченной ответственностью «ЭСЭЛЬМЕД»
220082 г. Минск, ул. Притыцкого, д. 32, пом. 1Н
Тел. +375 29 608-41-45, e-mail: 2022slmed@gmail.com

16 октября 2025г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Наименование медицинской техники (МТ) (отдельных комплектующих):

Монитор пациента Q7 (с/н Q071E018475, Q52B0000878) в количестве 2 штук.

Учреждение-владелец МТ (отдельных комплектующих):

Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница»

Представителем ООО «ЭСЭЛЬМЕД» произведено обследование полученной МТ (отдельных комплектующих) и выявлены следующие дефекты:

Не проводится измерение НИАД.

Заключение:

Требуется ремонт с заменой запасных частей.

Представитель ООО «ЭСЭЛЬМЕД»

Платонов В.А.

