



SupMedic

16.02. 2026 г.

г. Минск

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Представителем Частного предприятия «Сапмедик» в Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница» по адресу: 220037, г. Минск, ул. Уборевича 73, было произведено обследование:

Наименования оборудования	Выявленные дефекты оборудования	Мероприятия для восстановления оборудования	Стоимость работ и запасных частей на день выставления акта, руб.
Система водоподготовки WiseWater Ocean WWRO 6004 Зав.№: 18134	-выход из строя датчика уровня (бак с очищенной водой)	-замена датчика уровня (бак с очищенной водой)	618,00

Исполнитель:

Инженер по ремонту МТ



К.Д. Анищенко

Частное производственно-торговое
унитарное предприятие
«Сапмедик»

220035, г.Минск, ул.Чехова, 3, оф.1, комн.1
УНП 191687428 ОКПО 380027865000, лицензия №02040/7075
Р/с BY62SLAN3012129830019000000 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) код
SLANBY22, 220007 г.Минск, ул.Московская, дом 14. Дополнительный офис
№2, г.Минск, ул.Гикало, д.3.
Тел.:(029) 307-84-36Тел./Факс: (017) 282 40 80
suomedic@gmail.com