

Общество с ограниченной
ответственностью

«АриМедСервис»

Республика Беларусь, 220033, г. Минск,
ул. Тростенецкая, 5, каб. 101
Тел/ф. (017)3961470, (029)6766637, (029)6149411
e-mail: arimed.office@gmail.com, www.arimed.by

УНП 691534546, ОКПО 301939666000
Р/с BY 92 ALFA 3012 2789 7300 1027 0000
БИК ALFABY2X, ЗАО «Альфа-Банк»,
г. Минск, ул. Сурганова 43-47

АКТ Обследования

г. Минск

« » _____ 2025

ООО «АриМедСервис» произвело диагностику медицинского оборудования в
лечебном учреждении:

10 ГКБ

(Наименование учреждения-собственника оборудования)

В результате проведенной диагностики установлено:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Медицинскому оборудованию перечисленного в таблице ниже требуется:

№ П/П	Наименование Оборудования, Зав. №	Требуемые работы, запасные части, материалы и комплектующие для ремонта
1	Установка комбинированная со встроенной ультразвуковой ванной для мойки мединструментария ATOS STE-01 № 3042.00081773.010	Требуется ремонт механизма слива и замена пистолета для воды и воздуха 1 шт.

Инженер ООО «АриМедСервис»



Глазунов Е.В.

щество с ограниченной
ответственностью

«АриМедСервис»

Республика Беларусь, 220033, г. Минск,
ул. Тростенецкая, 5, каб. 101
Тел/ф. (017)3961470, (029)6766637, (029)6149411
e-mail: arimed.office@gmail.com, www.arimed.by

УНП 691534546, ОКПО 301939666000
Р/с BY 92 ALFA 3012 2789 7300 1027 0000
БИК ALEABY2X, ЗАО «Альфа-Банк»,
г. Минск, ул. Сурганова 43-47

АКТ Обследования

г. Минск

«01» 09 2023

ООО «АриМедСервис» произвело диагностику медицинского оборудования в
лечебном учреждении:

10 ГКБ

(Наименование учреждения-собственника оборудования)

В результате проведенной диагностики установлено:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Медицинскому оборудованию перечисленного в таблице ниже требуется:

№ П/П	Наименование Оборудования, Зав. №	Требуемые работы, запасные части, материалы и комплектующие для ремонта
1	Установка комбинированная со встроенной ультразвуковой ванной для мойки мединструментария ATOS STE-01 № 3042.00083487.006	Требуется ремонт блока управления и замена таймера 1 шт.

Инженер ООО «АриМедСервис»



Глазунов Е.В.

Республика Беларусь, 220033, г. Минск,
ул. Тростенецкая, 5, каб. 101
Тел/ф. (017)3961470, (029)6766637, (029)6149411
e-mail: arimed.office@gmail.com, www.arimed.by

УНП 691534546, ОКПО 301939666000
Р/с BY 92 ALFA 3012 2789 7300 1027 0000
БИК ALFABY2X, ЗАО «Альфа-Банк»,
г. Минск, ул. Сурганова 43-47

АКТ
Обследования

г. Минск

« 10 » 10 2025

ООО «АриМедСервис» произвело диагностику медицинского оборудования в
лечебном учреждении:

УЗ "10 ГКБ"

(Наименование учреждения-собственника оборудования)

В результате проведенной диагностики установлено:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Медицинскому оборудованию перечисленного в таблице ниже требуется:

№ П/П	Наименование Оборудования, Зав. №	Требуемые работы, запасные части, материалы и комплектующие для ремонта
1	Установка комбинированная со встроенной ультразвуковой ванной для мойки мединструментария ATOS STE-01 № 3042.00083487.008	Ремонт механизма слива с заменой запасных частей и расходных материалов

Инженер ООО «АриМедСервис»



Глазунов Е.В.