

Республика Беларусь, 220033, г. Минск,
ул. Тростенечкая, 5, каб. 101
Тел/ф. (017)3961470, (029)6766637, (029)6149411
e-mail: arimed.office@gmail.com, www.arimed.by

УНП 691534546, ОКПО 301939666000
Р/с BY 92 ALFA 3012 2789 7300 1027 0000
БИК ALFABY2X, ЗАО «Альфа-Банк»,
г. Минск, ул. Сурганова 43-47

АКТ Обследования

г. Минск

« » _____ 2025

ООО «Аримедсервис» произвело диагностику медицинского оборудования в лечебном учреждении:

УЗ «10 ГКБ»

(Наименование учреждения-собственника оборудования)

В результате проведенной диагностики установлено:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Медицинскому оборудованию перечисленного в таблице ниже требуется:

№ П/П	Наименование Оборудования, Зав. №	Требуемые работы, запасные части, материалы и комплектующие для ремонта
1	Машина моечно- дезинфекционная DGM ES- 250, зав. №№ 1162034,	Требуется ремонт с заменой нагревательного элемента 1шт.

Инженер ООО «Аримедсервис»



Глазунов Е.В.

Республика Беларусь, 220033, г. Минск,
ул. Тростеневская, 5, каб. 101
Тел/ф. (017)3961470, (029)6766637, (029)6149411
e-mail: arimed.office@gmail.com, www.arimed.by

УНП 691534546, ОКПО 301939666000
Р/с BY 92 ALFA 3012 2789 7300 1027 0000
БИК ALFABY2X, ЗАО «Альфа-Банк»,
г. Минск, ул. Сурганова 43-47

АКТ
Обследования

г. Минск

« » _____ 2025

ООО «Аримедсервис» произвело диагностику медицинского оборудования в лечебном учреждении:

УЗ «10 ГКБ»

(Наименование учреждения-собственника оборудования)

В результате проведенной диагностики установлено:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Медицинскому оборудованию перечисленного в таблице ниже требуется:

№ П/П	Наименование Оборудования, Зав. №	Требуемые работы, запасные части, материалы и комплектующие для ремонта
1	Машина моечно- дезинфекционная DGM ES- 250, зав. №№ 1162026,	Требуется ремонт с заменой: Нагревательного элемента 1шт. Маностата 1шт. Датчика температуры камеры 2шт.

Инженер ООО «Аримедсервис»



Глазунов Е.В.

Общество с ограниченной
ответственностью

«АриМедСервис»

Республика Беларусь, 220033, г. Минск,
ул. Тростенецкая, 5, каб. 101
Тел/ф. (017)3961470, (029)6766637, (029)6149411
e-mail: arimed.office@gmail.com, www.arimed.by

УНП 691534546, ОКПО 301939666000
Р/с BY 92 ALFA 3012 2789 7300 1027 0000
БИК ALFABY2X, ЗАО «Альфа-Банк»,
г. Минск, ул. Сурганова 43-47

АКТ Обследования

г. Минск

«06» 10 2025

ООО «Аримедсервис» произвело диагностику медицинского оборудования в лечебном учреждении:

УЗ «10 ГКБ»

(Наименование учреждения-собственника оборудования)

В результате проведенной диагностики установлено:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Медицинскому оборудованию перечисленного в таблице ниже требуется:

№ П/П	Наименование Оборудования, Зав. №	Требуемые работы, запасные части, материалы и комплектующие для ремонта
1	Машина моечно- дезинфекционная DGM ES- 250, зав. №№ 1162026,	Требуется ремонт с заменой температурного датчика 2шт.

Инженер ООО «Аримедсервис»



Глазунов Е.В.