

Заключение о техническом состоянии оборудования.

г. Минск

«12» июня 2025 г.

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА Учреждение здравоохранения

«10-я городская клиническая больница», инженера 1-го уровня Василевский О.В.

И представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО «Тайм Медикалс», инженера-электроника Василевского С.И.,

провели обследование технического состояния:

---Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10, сер.н. МДТ-1-0343, гнойное отделение

Заключение.

Выявлена ошибка тестирования. Требуется ремонт.

Ориентировочная стоимость ремонта составляет 400.00 белорусских рублей.

Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10, сер.н. МДТ-1-0827, 1-ое хирургич.отделение, 3 этаж

Заключение.

Выявлена неисправность АКБ. Требуется ремонт АКБ с заменой элементов питания.

Ориентировочная стоимость ремонта составляет 550.00 белорусских рублей.

Представитель Исполнителя:

Директор _____ Власова Я.И.

М.П.

Представитель Заказчика:

Генеральный директор Масин В.П.

М.П.



Инженер 1-го уровня
Василевский О.В.