

Общество с ограниченной
ответственностью "БЕЛТОПМЕД"
220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Железнодорожная 37/1, каб. 11
Тел. +375 17 378-16-34
Факс +375 17 320-07-37

Учреждение здравоохранения «10-я городская
клиническая больница»
220096, Республика Беларусь, г. Минск, улица
Уборевича, 73
Тел. +375 17 255-06-59

Дефектный акт № 406 от 18.08.2025

по результатам диагностики оборудования.

1. Наименование, модель и серийный номер оборудования:
аппарат наркозно-дыхательный А9, серийный номер AG4-28000852
2. Выявленные неисправности:
Неисправность работы предохранительного блока и системы сброса газов.
3. Перечень работ для восстановления полного функционирования аппарата:
Ремонт клапана предохранительного блока. Замена дефектных узлов.
4. Перечень необходимых запасных частей и материалов:
Пневморазводка – 1 комплект.

ООО "БЕЛТОПМЕД"
Инженер по медицинскому оборудованию



Представитель «Учреждение
здравоохранения «10-я городская
клиническая больница»»

Должность, ФИО

Подпись