

ТМ

Частное производственно-торговое унитарное предприятие

МИКРОТЕХНОМЕД

Республика Беларусь, 220141, г. Минск, пр. Независимости, д.168, кор.2, пом.3Н, ком.3,4,6

Тел. / факс.: +375 (017) 368 93 85 E-mail: microtechnomed@gmail.com

УНП 190950108

Р/с BY84BPSB30121006200169330000 в ОАО «Сбер Банк», БИК: BPSBBY2X

Адрес банка: 220037, г. Минск, ул. Уральская, 1а

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №1

обследования технического состояния медицинской техники

к договору №70/25 на техническое обслуживание, диагностику и ремонт медицинской техники
от «10» апреля 2025г. (Лот №36, поз.1)

Название учреждения здравоохранения:

Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница»

Адрес: ул. Уборевича, 73, 220096, г. Минск

Дата составления: «07» октября 2025 года

Представителями Частного предприятия «МИКРОТЕХНОМЕД» в ходе проведения диагностики
было произведено обследование следующего медицинского оборудования:

Холодильник вертикальный (ф.Panasonic) MBR 305 GR

Год выпуска: 2012

; инвентарный номер:

; заводской номер: 12040006

Отделение: Гормональная лаборатория

Техническое состояние узлов, оборудования:

В ходе проведения диагностики выявлены следующие неисправности:

- во время работы периодически зависает индикатор температуры.
- горит ошибка F1: рекомендуется замена аккумуляторов;
- горит ошибка F2: рекомендуется замена электродвигателя вентилятора конденсатора.

Причина выхода из строя оборудования:

Длительная интенсивная эксплуатация.

Перечень работ по ремонту для восстановления работоспособности:

- Ремонт платы контроля и управления температурой с заменой вышедших из строя радиоэлементов;
- замена аккумуляторов – 6 шт.;
- замена электродвигателя вентилятора конденсатора и его регулировка.

Перечень необходимых для ремонта запасных частей и расходных материалов:

конденсатор – 2 шт., диод - 1 шт., резистор – 2 шт., аккумулятор – 6 шт., электродвигатель - 1 шт.

Предполагаемая стоимость ремонта:

Предельная стоимость ремонта с учетом стоимости запасных частей и расходных материалов составляет 1 700,00 (Одна тысяча семьсот белорусских рублей 00 копеек).

Представитель (-ли)

Частного предприятия «МИКРОТЕХНОМЕД»:

Директор

Д.С.Трафимович/

Инженер по ремонту медицинского
оборудования

Е.Г.Исаевич/

Представитель (-ли)

Учреждения здравоохранения:

«10-я городская клиническая больница»
Главный врач В.Н.Полонин
Инженер по ремонту Е.В.Трафимович