

Общество с ограниченной
ответственностью

«АриМедСервис»

Республика Беларусь, 220033, г. Минск,
ул. Тростенецкая, 5, каб. 101
Тел/ф. (017)3961470, (029)6766637, (029)6149411
e-mail: arimed.office@gmail.com, www.arimed.by

УНП 691534546, ОКПО 301939666000
Р/с BY 92 ALFA 3012 2789 7300 1027 0000
БИК ALFABY2X, ЗАО «Альфа-Банк»,
г. Минск, ул. Сурганова 43-47

АКТ Обследования

г. Минск

«01» 10 2025

ООО «АриМедСервис» произвело диагностику медицинского оборудования в
лечебном учреждении:

10 ГКБ

(Наименование учреждения-собственника оборудования)

В результате проведенной диагностики установлено:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Медицинскому оборудованию перечисленного в таблице ниже требуется:

№ П/П	Наименование Оборудования, Зав. №	Требуемые работы, запасные части, материалы и комплектующие для ремонта
1	Стерилизатор паровой DGM AND 150	Требуется ремонт с заменой тэна 1 шт.

Инженер ООО «АриМедСервис»



Глазунов Е.В.