



Общество с ограниченной ответственностью «Т-Медика»

225501 Республика Беларусь, г. Столин, ул. Горынская д.178, тел./ (факс): +375 1655 60277

тел./ (факс): +375 17 3941717 тел.: +375 29 6313194 тел.: +375 29 3961369 email: info@tmedica.by

УНН 291161295 р/с BY31POIS30120009234501933001 в ОАО "Паритетбанк" г. Минск, БИК POISBY2X

АКТ обследования

г. Минск

«20» августа 2025г.

Сервисная служба ООО «Т-Медика» произвела обследование медицинского оборудования:

Система сушки и хранения гибких эндоскопов ТЭНДО- 4НС зав.№ 04010

(наименование оборудования)

в лечебном учреждении:

УЗ «10-я городская клиническая больница»

(наименование учреждения – собственника оборудования)

В результате проведенного обследования установлено:

Система сушки и хранения гибких эндоскопов ТЭНДО- 4НС неисправна.

Неисправность выражена в неработоспособности воздушного компрессора. Износ и растяжение мембран привели к остановке и блокированию работы компрессора (сработала автоматическая защита останавливающая работу компрессора).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Система сушки и хранения гибких эндоскопов ТЭНДО - 4НС требует ремонта с заменой мембран воздушного компрессора (2 шт).

Главный инженер ООО «Т-Медика»

Е.В.Мисеюк