

Общество с ограниченной
ответственностью "БЕЛТОПМЕД"
220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Железнодорожная 37/1, каб. 11
Тел. +375 17 378-16-34
Факс +375 17 320-07-37

Учреждение здравоохранения «10-я городская
клиническая больница»
220096, Республика Беларусь, г. Минск, улица
Уборевича, 73
Тел. +375 17 255-06-59

Дефектный акт № 316 от 08.05.2025
по результатам диагностики оборудования.

1. Наименование, модель и серийный номер оборудования:
HyPort 6000, серийный номер J3-48000177T
2. Выявленные неисправности:
Вышел из строя шланг отвода наркозных газов.
3. Перечень работ для восстановления полного функционирования аппарата:
Замена шланга отвода наркозных газов.
4. Перечень необходимых запасных частей и материалов:
Шланг гофрированный 16ммX18мм 5 м.

ООО "БЕЛТОПМЕД"
Инженер по медицинскому оборудованию

Саламатин Е. Ю.

Подпись



Представитель «Учреждение
здравоохранения «10-я городская
клиническая больница»»

Иванов И.И.
Должность, ФИО Подпись

Общество с ограниченной
ответственностью "БЕЛТОПМЕД"
220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Железнодорожная 37/1, каб. 11
Тел. +375 17 378-16-34
Факс +375 17 320-07-37

Учреждение здравоохранения «10-я городская
клиническая больница»
220096, Республика Беларусь, г. Минск, улица
Уборевича, 73
Тел. +375 17 255-06-59

Дефектный акт № 317 от 08.05.2025

по результатам диагностики оборудования.

1. Наименование, модель и серийный номер оборудования:

НуPort 6000, серийный номер J3-48000178T

2. Выявленные неисправности:

Вышел из строя шланг отвода наркозных газов

3. Перечень работ для восстановления полного функционирования аппарата:

Замена шланга отвода наркозных газов

4. Перечень необходимых запасных частей и материалов:

Шланг гофрированный 16ммX18мм 5 м

ООО "БЕЛТОПМЕД"
Инженер по медицинскому оборудованию

Саламатин Е. Ю.

Подпись



Представитель «Учреждение
здравоохранения «10-я городская
клиническая больница»»

Инженер-тест. Филиппов В. А.

Должность, ФИО

Подпись