



ООО «К-спейс»

**Ремонт, монтаж, наладка, сервисное обслуживание
медицинского оборудования.**

220005, г. Минск, ул. Смолячкова, 9, 8П,
р/с BY18BPSB30123208000109330000,

в ОАО «Сбер банк»,

БИК BPSBYY2X, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6.

УНП 191765720,

тел/факс 293-02-53, e-mail: k-space13@mail.ru

АКТ ДЕФЕКТАЦИИ НЕИСПРАВНОГО ИМТ № 206

«20» мая 2025 г.

Заказчик: Учреждение здравоохранения "10-я городская клиническая больница"


Аппарат: Система ультразвуковая диагностическая ACUSON X300 s/n 322587 2012г.в.

Обнаружены отклонения в работе ИМТ: Неисправна система охлаждения процессорного блока.

Причина: Длительная эксплуатация и связанный с этим износ.

Вывод: Требуется ремонт системы охлаждения процессорного блока системы ультразвуковой диагностической ACUSON X300 s/n 322587 2012г.в.

Директор



Т.В. Егоров