

Общество с ограниченной
ответственностью "БЕЛТОПМЕД"
220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Железнодорожная 37/1, каб. 11
Тел. +375 17 378-16-34
Факс +375 17 320-07-37

Учреждение здравоохранения «10-я городская
клиническая больница»
220096, Республика Беларусь, г. Минск,
улица Уборевича, 73
Тел. +375 17 255-06-59

Дефектный акт № 553 от 03.02.2026
по результатам диагностики оборудования.

1. Наименование, модель и серийный номер оборудования:
аппарат искусственной вентиляции легких SV300, серийный номер GB-1A047286
2. Выявленные неисправности:
Вышла из строя АКБ
3. Перечень работ для восстановления полного функционирования аппарата:
Замена АКБ
4. Перечень необходимых запасных частей и материалов:
АКБ для SV300 (CS-MRM800MD Li-ion 14.8V или аналог) – 1 шт.

ООО "БЕЛТОПМЕД"
Инженер по медицинскому оборудованию

Саламатин Е. Ю.



Представитель «Учреждения
здравоохранения «10-я городская
клиническая больница»»

Ведущий инженер
Саламатин Е. Ю.
Должность, ФИО

Саламатин Е. Ю.
Подпись

Общество с ограниченной
ответственностью "БЕЛТОПМЕД"
220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Железнодорожная 37/1, каб. 11
Тел. +375 17 378-16-34
Факс +375 17 320-07-37

Учреждение здравоохранения «10-я городская
клиническая больница»
220096, Республика Беларусь, г. Минск, улица
Уборевича, 73
Тел. +375 17 255-06-59

Дефектный акт № 358 от 03.06.2025

по результатам диагностики оборудования.

1. Наименование, модель и серийный номер оборудования:
SV300, серийный номер GB-1A047420
2. Выявленные неисправности:
Вышел из строя клапан выдоха
3. Перечень работ для восстановления полного функционирования аппарата:
замена клапана выдоха
4. Перечень необходимых запасных частей и материалов:
Клапан выдоха р/н 115-021461-00 - 1 шт.

ООО "БЕЛТОПМЕД"
Инженер по медицинскому оборудованию

Саламатин Е. Ю.



Представитель «Учреждение
здравоохранения «10-я городская
клиническая больница»»

Должность, ФИО

Подпись