

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) бахил одноразовых

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Бахилы одноразовые	пара	3 780 000
Итого по лоту 1		пара	3 780 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Бахилы должны быть изготовлены из нетканых материалов, разрешенных к применению в медицине;
- 2.2. Наличие фиксирующей резинки;
- 2.3. Длина следа не менее 35см;
- 2.4. Высота не менее 10см;
- 2.5. Поверхностная плотность нетканого материала должна быть не менее 35 г/м²;
- 2.6. Изделие однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) бахил одноразовых

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Бахилы одноразовые	пара	135 000
Итого по лоту 2		пара	135 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Бахилы должны быть изготовлены из нетканых материалов, разрешенных к применению в медицине;
- 2.2. Длина следа не менее 35см;
- 2.3. Высота не менее 30см;
- 2.4. Поверхностная плотность нетканого материала должна быть не менее 35г/м²;
- 2.5. Изделие однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) шапочек-шарлотта

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Шапочки-шарлотта (берет)	штука	4 195 500
Итого по лоту 3		штука	4 195 500

2. Показатели (характеристики):

- 2.1 Шапочки должны быть изготовлены из нетканых материалов, разрешенных к применению в медицине;
- 2.2 Шапочки должны быть с фиксирующей резинкой по краю;
- 2.3 Поверхностная плотность нетканого материала должна быть от 15 до 25г/м²;
- 2.4 Изделие однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) шапочек-колпаков

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Шапочка-колпак	штука	122 300
Итого по лоту 4		штука	122 300

2. Показатели (характеристики):

- 2.1 Шапочки должны быть изготовлены из нетканых материалов, разрешенных к применению в медицине;
- 2.2 Высота шапочки должна быть не более 25см;
- 2.3 Наличие завязок на затылочной части;
- 2.4 Без подворота;
- 2.5 Изделие однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) шапочек-колпаков

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Шапочка-колпак	штука	137 000
Итого по лоту 5		штука	137 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1 Шапочки должны быть изготовлены из нетканых материалов, разрешенных к применению в медицине;
- 2.2 Высота шапочки должна быть не менее 15см;
- 2.3 Наличие завязок на затылочной части;
- 2.4 С подворотом;
- 2.5 Изделие однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) бахил одноразовых

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Бахилы одноразовые	пара	420 000
Итого по лоту 6		пара	420 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1 Бахилы должны быть изготовлены из нетканых материалов, разрешенных к применению в медицине;
- 2.2 Наличие фиксирующей резинки;
- 2.3 Длина следа не менее 35см;
- 2.4 Высота не менее 10см;
- 2.5 Поверхностная плотность нетканого материала должна быть не менее 35 г/м²;
- 2.6 Изделие однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) бахил одноразовых

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Бахилы одноразовые	пара	15 000
Итого по лоту 7		пара	15 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1 Бахилы должны быть изготовлены из нетканых материалов, разрешенных к применению в медицине;
- 2.2 Длина следа не менее 35см;
- 2.3 Высота не менее 30см;
- 2.4 Поверхностная плотность нетканого материала должна быть не менее 35г/м²;
- 2.5 Изделие однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) шапочек-шарлотта

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Шапочки-шарлотта (берет)	штука	466 200
Итого по лоту 8		штука	466 200

2. Показатели (характеристики):

- 2.1 Шапочки должны быть изготовлены из нетканых материалов, разрешенных к применению в медицине;
- 2.2 Шапочки должны быть с фиксирующей резинкой по краю;
- 2.3 Поверхностная плотность нетканого материала должна быть от 15 до 25г/м²;
- 2.4 Изделие однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) шапочек-колпаков

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Шапочка-колпак	штука	13 600
Итого по лоту 9		штука	13 600

2. Показатели (характеристики):

- 2.1 Шапочки должны быть изготовлены из нетканых материалов, разрешенных к применению в медицине;
- 2.2 Высота шапочки должна быть не более 25см;
- 2.3 Наличие завязок на затылочной части;
- 2.4 Без подворота;
- 2.5 Изделие однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
шапочек-колпаков**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Шапочка-колпак	штука	15 300
Итого по лоту 10		штука	15 300

2. Показатели (характеристики):

- 2.1 Шапочки должны быть изготовлены из нетканых материалов, разрешенных к применению в медицине;
- 2.2 Высота шапочки должна быть не менее 15см;
- 2.3 Наличие завязок на затылочной части;
- 2.4 С подворотом;
- 2.5 Изделие однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам