



SupMedic

30.12.2025 г.

г. Минск

Дефектный АКТ

Представителем Частного предприятия «Супмедик» в Учреждении здравоохранения «Жодинская центральная городская больница», по адресу: 222164, г. Жодино, пр-т Венисье, 1, было произведено обследование:

Наименования оборудования	Выявленные дефекты оборудования	Мероприятия для восстановления оборудования	Стоимость материалов и работ на день выставления акта, руб.
Стерилизатор паровой DGM-600 Зав. № 20124742	- выход из строя стакана водомерного - выход из строя теплообменника	- замена стакана водомерного - замена теплообменника	8639,00
Машина моечно-дезинфекционная Miele G 7882 CD Зав. № 00/74326959	- нарушение целостности контргайки 5501142 - нарушение целостности фиксатора распылителя 5471400	- замена контргайки 5501142 - замена фиксатора распылителя 5471400	1164,00

Исполнитель

Директор

В.О. Шарапа



Частное производственно-торговое
унитарное предприятие
«Супмедик»

220035, г. Минск, ул. Чехова, 3, оф. 1, комн. 1
УНП 191687428 ОКПО 380027865000. лицензия №02040/7075
Р/с BY62SLAN3012129830019000000 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
SLANBY22, 220007 г. Минск, ул. Московская, дом 14. Дополнительный оф.
№2, г. Минск, ул. Гикало, д. 3.
Тел.: (029) 307-84-36 Тел./Факс: (017) 282 40 80
supmedic@gmail.com