

1. Состав (комплектация) оборудования или товара:

№ п/п	Наименование, производитель	Тип, марка	Зав. №	Инв. №
1.	Аппарат для мойки и дезинфекции	PG 8536	00/091671797	01378364
Перечень работ: замена заборщика моющего средства (DOS1), ремонт сушильного агрегата с заменой твердотельного реле.				
Перечень запасных частей:				
№ п/п	Наименование			Количество
1.1.	Заборщик моющего средства (DOS1) 09065783 или аналог			1 шт.
1.2.	Твердотельное реле			1 шт.

2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на выполненные работы и запасные части – 6 месяцев.

3. Требования к участнику.

Требования к участникам предъявляются согласно:

- п.3 «Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утверждённой постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78;
- п.2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года №419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1. Состав (комплектация) оборудования или товара:

№ п/п	Наименование, производитель	Тип, марка	Зав. №	Инв. №
2.	Стерилизатор паровой	Sterivap 6612-2	050562	01375816
Перечень работ: замена уплотнительных колец разъёмных соединений (23х2) трубопровода «пар в рубашку»				
Перечень запасных частей:				
№ п/п	Наименование			Количество
2.1	Уплотнительное кольцо 23х2 s/s разъёмное соедин. 3/4 587692 или аналог			3 шт.

2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на выполненные работы и запасные части – 6 месяцев.

3. Требования к участнику.

Требования к участникам предъявляются согласно:

- п.3 «Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утверждённой постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78;
- п.2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года №419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

х х х