

Технические характеристики (описание) предмета закупки
Лот № 1

Система непрерывного мониторингирования уровня глюкозы Sibionics CS1 или аналог

- 1.Срок службы сенсора не менее 14 дней.
- 2.Сенсор не требует калибровки (заводская калибровка на протяжении всего срока службы).
- 3.Конструкция: трансмиттер и сенсор в одном устройстве, а также дополнительные принадлежности-аппликатор и иные (в случае необходимости) для формирования индивидуального комплекта (1 штука=1 комплект).
4. Система не требует зарядки/ смены батарей питания на протяжении всего срока службы.
5. Система непрерывного мониторинга глюкозы с автоматическим считыванием информации в режиме реального времени не реже 1 раз в 5 минут без потери данных на весь срок работы сенсора в случае утраты связи с принимающими данные устройством.
6. Сенсор должен быть в стерильной упаковке.

Дополнительные требования: наличие регистрационного удостоверения МЗ РБ.

*медицинская сестра (старшая)
подразделения
М В Паштало*