

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Учреждение здравоохранения «Витебская областная клиническая больница»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	г. Витебск, ул. Воинов-интернационалистов, 37
УНП	300050210
Адрес электронной почты	uz_vokb@vitebsk.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	

4. Область применения: хирургия

5. Сведения о государственной закупке

Лот № 1	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	картридж (кассета) со стерилизующим средством (перекись водорода) для низкотемпературного плазменного стерилизатора SHINVA-PS-100XP
Описание потребительских,	1.1. Картридж (кассета)-со

технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	стерилизующим средством 56%-60%: перекиси водорода, остальное вода. 1.2 Время стерилизации: стандартный цикл, быстрый цикл: 7 мин., гибкий цикл: 5 мин. 1.3 Один картридж рассчитан на не более 6-ти стандартных циклов стерилизации. 1.4 Картридж изготовлен из специального устойчивого к перекиси пластика. 1.5 Остаточный срок годности не менее 80% от заявленного.
Код по ОКРБ (9 знаков)	20.14.63.730
Объем (количество)	120 шт.
Срок (график поставки) товаров	2026г.
Предельная стоимость государственной закупки по лоту	40 707,48 бел.руб.
Источник финансирования государственной закупки	Областной бюджет
Лот № 2	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	Материал упаковочный для стерилизации рулоны для стерилизации с использованием паров перекиси водорода.
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	2.1 Рулон представляет собой рукав, изготовленный из нетканого материала по типу TYVEK, состоящего из волокон полиэтилена высокой прочности и прозрачного многослойной пленки, с химическими индикаторами стерилизации 1 класса, нанесенными вдоль шва, вне поля загружаемого материала. 2.2 Должна быть обеспечена проницаемость для применение рулона в плазменном стерилизаторе (плазма H₂O₂, в том числе в низкотемпературном плазменном стерилизаторе SHINVA-PS-100XP). 2.3 Сохранение прочности и целостности во время и после стерилизации. 2.4 Обеспечен надежный микробиологический барьер и сохранение стерильности после стерилизации.

	2.5 Необходимые * размеры и количества: 150(±1мм)*70(±1мм)-5шт 200(±1мм)*70(±1мм)-5шт 2.6
Код по ОКРБ (9 знаков)	17.12.41.400
Объем (количество)	10 шт.
Срок (график поставки) товаров	2026г.
Предельная стоимость государственной закупки по лоту	2662,44 бел.руб.
Источник финансирования государственной закупки	Областной бюджет

6. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

6.1 Остаточный срок годности не менее 80% от заявленного производителем по лотам № 1, 2.

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

лот №3

лот №3

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/ п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Материал упаковочный для стерилизации: Рулоны комбинированные плоские с индикатором 100 мм х 200 м	штука	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Характеристика	Значение	Примечание
1.2	Рулон изготовлен из различных сортов бумаг (непрозрачная сторона) и прозрачной полимерной пленки (прозрачная сторона), соединенные между собой термическим швом, с нанесенной соответствующей маркировкой, а также с химическими индикаторами – свидетелями. Маркировка изделия должна содержать: наименование изделия, сведения о методах стерилизации, дата изготовления, дата партии, срок годности. Размер 100 мм х 200 м.	Стерилизация медицинских изделий	

Лот № 4

№ п/ п	Наименование	Единица измерения	Количество
2.1	Материал упаковочный для стерилизации: Рулоны комбинированные плоские с индикатором 75 мм х 200 м	штука	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года №419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Характеристика	Значение	Примечание
2.2	Рулон изготовлен из различных сортов бумаг (непрозрачная сторона) и прозрачной полимерной пленки (прозрачная сторона), соединенные между собой термическим швом, с нанесенной соответствующей маркировкой, а также с химическими индикаторами – свидетелями. Маркировка изделия должна содержать: наименование изделия, сведения о методах стерилизации, дата изготовления, дата партии, срок годности. Размер 75 мм х 200 м.	Стерилизация медицинских изделий	

Лот № 5

№ п/ п	Наименование	Единица измерения	Количество
3.1	Материал упаковочный для стерилизации: Рулоны комбинированные плоские с индикатором 180 мм х 200 м	штука	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года №419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Характеристика	Значение	Примечание
3.2	Рулон изготовлен из различных сортов бумаг (непрозрачная сторона) и прозрачной полимерной пленки (прозрачная сторона), соединенные между собой	Стерилизация медицинских изделий	

термическим швом, с нанесенной соответствующей маркировкой, а также с химическими индикаторами – свидетелями. Маркировка изделия должна содержать: наименование изделия, сведения о методах стерилизации, дата изготовления, дата партии, срок годности.		
--	--	--

Размер 180 мм х 200 мм.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.