

Приложение к заявке № 537 от

Технические характеристики (описание) предмета закупки: Реагенты для определения гликированного гемоглобина на автоматическом анализаторе Bio-Rad

№ п/п	Наименование, подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам при необходимости	Кол-во закупаемых товаров, исследований	Условия поставки	Срок поставки	Остатки в наличии
1.	Набор реагентов для определения гемоглобина А1с методом ВЭЖХ	В состав набора должно входить: колонка, буферы для разведения, буферы элюции, набор калибраторов с растворами, раствор-активатор колонки, микропробирки, бумага для термопечати, носитель с информацией о значениях калибратора	3 уп.	Транспортом поставщика по заявкам		
2	Контрольный материал для системы тестирования гемоглобина	1. Контроль качества исследований гемоглобина А1с методом ВЭЖХ должен быть двухуровневый - в наборе не менее 3-х флаконов каждого уровня - 1 фл. не менее 0,5 мл - расход на 1 исследование – не более 5 мкл	2 наб			
Итого						

Дополнительные требования:

1. Реагенты должны иметь срок годности не менее 60% от срока годности, установленного производителем.
2. Реагенты должны быть совместимы с анализатором автоматическим D-10/D-10 Hemoglobin Testing System, производства Bio-Rad Laboratories.
3. Реагенты и контрольный материал должны быть оригинального производства или должны иметь адаптацию к указанному анализатору в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.02.2014 № 145.
4. Контрольный материал должен быть аттестован для применения на Системе тестирования гемоглобина D-10, Bio-Rad, США.
5. Применение контрольного материала не должно требовать дополнительной программы и переустановки оборудования, разведения, переливания в другие емкости.

Врач клинической лабораторной диагностики



И.В. Анташкевич