

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование товара	Количество
	Эндоскопический контейнер (мешок) для извлечения из полости резецированных органов и тканей при проведении эндоскопических операций»	70шт.

2. Технические требования:

2.1. Представляет собой стерильный одноразовый эндоскопический инструмент, заряженный мешком-контейнером для препарата. Диаметр ствола инструмента $10 \pm 0,2$ мм

2.2. Эндоскопический мешок-контейнер в раскрытом виде функционирует по принципу сачка. Объем контейнера – 200 ± 20 мл.-30 шт, 400 ± 50 мл.- 20 шт, 800 ± 50 мл.- 10 шт, 1200 ± 50 мл. – 10 шт.

2.3. Пакет изготовлен из высокопрочного полимера, предотвращающего протечку или разрыв.

2.4. Система открытия и закрытия: на концах проволоки должны находиться петли, основания которых зафиксированы трубками. На проволоке должна находиться защитная трубка, которая обеспечивает свободное закрытие пакета.

2.5 Открытие и закрытие пакета осуществляется с помощью дополнительных инструментов.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

Лот № 1 2

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Эндоскопическая корзинка для захвата при колоноскопии с наконечником	шт.	2
2	Эндоскопическая корзинка для захвата при колоноскопии без наконечника	шт.	2
3	Эндоскопическая корзинка для захвата при колоноскопии спиралевидная	шт.	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Характеристики
2.1.	Эндоскопическая корзинка для захвата при колоноскопии с наконечником
2.1.1.	Тип «Аллигатор»
2.1.2.	Рабочая длина не менее 2300 мм.
2.1.3.	Для рабочего канала – 2,8 мм
2.1.4.	Ширина раскрытия 10-35 мм
2.1.5.	Многоразового использования
2.1.6.	Автоклавируемая
2.2.	Эндоскопическая корзинка для захвата при колоноскопии без наконечника
2.2.1.	Материал – нитинол.
2.2.2.	Рабочая длина не менее 2300 мм.
2.2.3.	Для рабочего канала – 2,8 мм
2.2.4.	Ширина раскрытия 10-35 мм
2.2.5.	Многоразового использования
2.3.	Эндоскопическая корзинка для захвата при колоноскопии спиралевидная
2.3.1.	Материал – нитинол.
2.3.2.	Рабочая длина не менее 2300 мм.
2.3.3.	Для рабочего канала – 2,8 мм
2.3.4.	Ширина раскрытия 10-35 мм
2.3.5.	Многоразового использования

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Лот № 2

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Зажим гемостатический для колоноскопии, 11 мм*.	шт.	25
2	Зажим гемостатический для колоноскопии, 14 мм*.	шт.	25
3	Зажим гемостатический для колоноскопии, 17 мм*.	шт.	25
* – ширина раскрытия			

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№ п/п	Характеристики
2.1.	Рабочая длина не менее 2300 мм
2.2.	Для рабочего канала – 2,8 мм
2.3.	Возможность открытия, закрытия и вращения на 360°.
2.4.	Одноразового использования.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Приложение 1

Лот № 4

1. Состав (комплектация) изделий медицинского назначения:

№	Наименование	Кол-во, шт.
1.	Двухсторонняя щетка (одноразовая)	5000

2. Технические требования:

№	Технические требования	
1.	Двухсторонняя щетка (одноразовая):	
1.2.	Рабочая длина инструмента, не более	16 см
1.3.	Диаметр щетины	5 мм – 12 мм
1.5.	Рабочая часть	с двух сторон
1.6.	Торцевой ворс	наличие
1.7.	Одноразовые	
1.8.	Предназначена для чистки гнезд и клапанов гибких эндоскопов	