

**Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий**

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Лот №1

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Трубка гофрированная 3,0 м. (диаметр дыхательной трубки 22 мм, с унифицированным коннекторами 22F-2 шт., имеющими неразъемное безклеевое соединение с трубками контура)	штука	2
2.	Трубка гофрированная 1.5 м. (диаметр дыхательной трубки 22 мм, с унифицированным коннекторами 22F-1 шт., имеющими неразъемное безклеевое соединение с трубками контура)	штука	1
3.	Трубка гофрированная 0.5 м. (диаметр дыхательной трубки 22 мм, с унифицированным коннекторами 22F-2 шт., имеющими неразъемное безклеевое соединение с трубками контура)	штука	1
4.	Влагосборник	штука	1
5.	Адаптер прямой (переходник 22M/22M15F)	штука	1
6.	У-адаптер с портами	штука	1
7.	Адаптер угловой с портом для C02	штука	1
8.	Мешок дыхательный - объем 3000 мл.	штука	1
9.	Фильтр дыхательный	штука	2
10.	Адаптер шарнирный угловой	штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

2.1.1. Меньший объем при транспортировке и хранении

2.1.2. Регулируемая длина и объем мертвого пространства контура

2.1.3. Устойчивость к перегибам

2.1.4. Высокая прочность

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1.1 Изделие однократного применения;

3.1.2 Изделие стерильное

3.1.3 Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную стерильную упаковку и вложено в единый стерильный комплект.

Гарантийный срок (годности, стерильности) -не менее 4 лет

Лот № 2

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Трубка гладкоствольная 2,0 м. (диаметр дыхательной трубки 22мм, с унифицированным коннекторам 22F- 1шт.	штука	1
2.	Клапан выдоха с программируемой утечкой для ИВЛ «Drager CARINA»	штука	1
3.	Адаптер прямой (переходник22M/22M15P)	штука	1
4.	Адаптер шарнирный угловой	штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

2.1. Длина контура не менее 2,0 м

2.2. Диаметр трубки 22 мм.

2.3 Размер соединителя к аппарату 22 F

2.4 Размер соединителя к пациенту 22 F/15F

2.5. Стерильный, однократного применения.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1.1 Изделие однократного применения;

3.1.2 Изделие стерильное

3.1.3 Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную стерильную упаковку и вложено в единый стерильный комплект.

Гарантийный срок (годности, стерильности) -не менее 4 лет

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Лот № 4

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Защитный колпачок-1шт	штука	1
2.	Соединитель угловой с портом-1шт	штука	1
3.	Дыхательный шланг-1шт (1500мм-2000мм)	штука	1
4.	Датчик потока с линией мониторинга	штука	1
5.	Клапан выдоха	штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

- 2.1. Совместим с аппаратом ИВЛ «Drager oxylog 3000»
- 2.2. Наличие датчика потока с линией мониторинга
- 2.3. Соединение к аппарату 22F
- 2.4. Соединение к пациенту 22М (15F)
- 2.5. Длина контура - от 1500 до 2000мм
- 2.6. Устойчивость к перегибам
- 2.7. Высокая прочность

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

- 3.1.1 Изделие однократного применения;
- 3.1.2 Изделие стерильное
- 3.1.3 Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную стерильную упаковку и вложено в единый стерильный комплект.

Гарантийный срок (годности, стерильности) -не менее 4 лет

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;
- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Разработчики технических требований:

Заведующий отделением
анестезиологии и реанимации

Медицинская сестра - анестезист

И.П. Шестак