

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Медицинский размораживатель плазмы

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Размораживатель	шт.	1
1.3.	Кабель сетевой	шт.	1

2. Технические требования:

- 2.1 Тип разморозки – сухая разморозка, без контакта пакета плазмы с водой.
- 2.2 Технология размораживания – герметичный пакет с теплоносителем, отсутствие «открытой воды» (водяной бани).
- 2.3 Максимальная одновременная загрузка размораживателя не менее 1000 мл.
- 2.4 Объем пакетов с замороженной плазмой: пакет до 1000 мл 1шт или пакет до 450 мл 2шт.
- 2.5 Возможность выбора режима разморозки: по времени; с программным контролем температуры.
- 2.6 Диапазон рабочих температур теплоносителя: режим «time» 37-38⁰С, режим «auto» 37-45⁰С.
- 2.7 Время выхода на рабочую температуру теплоносителя 37⁰С при нормальных климатических условиях - не более 20 мин.
- 2.8 Время разморозки пакета свежзамороженной плазмы 250 мл до жидкого состояния при температуре теплоносителя 37⁰С – не более 20 мин.
- 2.9 Возможность оттаивания цельной крови и продуктов крови по времени (при условии что флакон или пакеты не будут мешать свободному закрытию крышки отсека).
- 2.10 Наличие функции бережного перемешивания плазмы.
- 2.11 Наличие защиты от перегрева теплоносителя.
- 2.12 Наличие датчика протечки.
- 2.13 Напряжение и частота питания – 230В ± 10%.
- 2.14 Время непрерывной работы от сети – не менее 24ч.
- 2.15 Потребляемая мощность размораживателя – не более 1000 Вт.
- 2.16 Наличие светозвуковой сигнализации начала\окончания процедуры размораживания и аварийных ситуаций.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: согласно аукционных документов.