

Общество с ограниченной ответственностью «ЭСЭЛЬМЕД»
220082 г.Минск, ул.Притыцкого, д.32, пом.1Н
Тел.+375 29 608-41-45, e-mail: 2022slmed@gmail.com

08 июня 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Учреждение-владелец МТ (отдельных комплектующих):

Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны
имени П.М.Машерова

Представителем ООО «ЭСЭЛЬМЕД» произведено обследование полученной МТ (отдельных комплектующих) и выявлено следующее:

№ п/п	Наименование оборудования, марка, тип	Серийный номер, год выпуска	Описание неисправности	Вид ремонта. Необходимые запчасти, расходные материалы
1	Монитор пациента Стелла 80	001-32В	Разбит сенсорный экран. Неисправна АКБ. Повреждение корпуса	Требуется ремонт с заменой сенсорного экрана, АКБ, Ремонт корпуса.
		v00180901006	Повреждение корпуса	Ремонт корпуса.

Представитель ООО «ЭСЭЛЬМЕД»



Платонов В.А.