

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
воздуховодов ротоглоточных**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Типоразмер	Ед. изм.	Количество
1.1	Воздуховод ротоглоточный	000	штука	400
1.2	Воздуховод ротоглоточный	00	штука	600
1.3	Воздуховод ротоглоточный	0	штука	1 500
1.4	Воздуховод ротоглоточный	1	штука	2 000
1.5	Воздуховод ротоглоточный	2	штука	3 200
1.6	Воздуховод ротоглоточный	3	штука	9 400
1.7	Воздуховод ротоглоточный	4	штука	12 000
Итого по лоту 1			штука	29 100

2. Показатели (характеристики):

2.1. Воздуховод должен состоять из изогнутой ротоглоточной части, ограничительной пластинки, которая препятствует прохождению воздуховода в рот, и укрепленного участка, предохраняющего воздуховод от закусывания;

2.2. Наличие цветной маркировки для быстрого определения размера;

2.3. Закругленный атравматичный дистальный конец;

2.4. Стерильно.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) воздуховодов ротоглоточных

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Типоразмер	Ед. изм.	Количество
1.1	Воздуховод ротоглоточный	5	штука	9 600
Итого по лоту 2			штука	9 600

2. Показатели (характеристики):

2.1 Воздуховод должен состоять из изогнутой ротоглоточной части, ограничительной пластинки, которая препятствует прохождению воздуховода в рот, и укрепленного участка, предохраняющего воздуховод от закусывания;

2.2 Наличие цветной маркировки для быстрого определения размера;

2.3 Закругленный атравматичный дистальный конец;

2.4 Стерильно.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) воздухопроводов ротоглоточных

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Типоразмер	Ед. изм.	Количество
1.1	Воздуховод ротоглоточный	6	штука	700
Итого по лоту 3			штука	700

2. Показатели (характеристики):

2.1 Воздуховод должен состоять из изогнутой ротоглоточной части, ограничительной пластинки, которая препятствует прохождению воздуховода в рот, и укрепленного участка, предохраняющего воздуховод от закусывания;

2.2 Наличие цветной маркировки для быстрого определения размера;

2.3 Закругленный атравматичный дистальный конец;

2.4 Стерильно.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
воздуховодов надгортанных**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Типоразмер	Ед. изм.	Количество
1.1	Воздуховод надгортанный	3	штука	1 400
1.2	Воздуховод надгортанный	4	штука	2 400
1.3	Воздуховод надгортанный	5	штука	2 000
Итого по лоту 4			штука	5 800

2. Показатели (характеристики):

2.1. Воздуховод, вводимый в ротоглотку с нераздуваемой манжетой из термопластичного эластомера;

2.2. Наличие встроенного коннектора 15мм для подсоединения к переходникам и трубкам;

2.3. Стерильно.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.