

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
ширм медицинских**

1. Состав (комплектация) 1 комплекта медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1.1	Ширма медицинская односекционная	штука	1 500

2. Показатели (характеристики):

2.1 Разборный металлический каркас;

2.2 Ширма должна быть оснащена опорой (подпятником) и двумя колесными опорами для перемещения внутри помещения;

2.3 Наличие элементов для соединения нескольких ширм;

2.4 Экран ширмы должен быть изготовлен из материала устойчивого для проведения дезинфекции;

2.5 Габаритные размеры ширмы:

2.5.1 длина (расстояние между стойками) – 80 (± 15) см;

2.5.2 высота (расстояние от пола до верхней точки ширмы) – 180 (± 15) см.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.