


ОТЧЕТ				
Дата:	17.07.2026			
Контракт / Договор	65С/26			
Учреждение	ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента РБ			
Оборудование	Vivid E9			
Серийный номер	10360VE9 <i>инв. 501376408</i>			
Состояние оборудования перед началом работ:				
☐ Неисправное				
☒ Работоспособное				
Выполненная работа				
Техническое обслуживание с периодическим контролем согласно договору. Диагностика выявила неисправный кабель ЭКГ. Ремонт кабеля не возможен. Требуется замена кабеля ЭКГ на новый.				
Установленные запчасти				
№ п/п	Описание детали	Исполнителя	Заказчика	Кол-во
-	-	☐	☐	-
Необходимые запчасти				
№ п/п	Описание детали	Кол-во		
1	Кабель ЭКГ совместимый с аппаратом	1 шт.		
-	-	-		
Состояние оборудования после окончания работ:	Комментарии:			
☐ Неисправное				
☒ Работоспособное				
Работа выполнена		Работа принята		
ФИО, должность	Середа Д.А., инженер 2-й категории	ФИО, должность	<i>Ивч. ООМО</i> <i>Руч. Р. 4</i>	
подпись		подпись		

* Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):

- неисправная медицинская техника — медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее — ТНПА);
- работоспособность медицинской техники — состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя и ТНПА.