

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1 Контур дыхательный однократного применения

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Контур дыхательный однократного применения	штук	50 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Комплект контура дыхательного:

2.1.1. трубка гофрированная (22М) 1,8 м – 1 шт;

2.1.2. трубка гофрированная (22М) 0,9 м - 3 шт;

2.1.3. прямой адаптер (22М) - 5 шт;

2.1.4. Y-образный адаптер с портами Luer-Lock - 1 шт;

2.1.5. влагосборник - 1 шт;

2.1.6. маска дыхательная №5 (стерильная, в индивидуальной упаковке) - 1 шт;

2.1.7. шарнирный угловой адаптер - 1 шт;

2.1.8. фильтр дыхательный с тепловлагообменом (стерильный, в индивидуальной упаковке)-1 шт;

2.1.9. мешок дыхательный 2 л.-1 шт.

2.2. Контур дыхательный однократного применения;

2.3. Комплект контура должен быть собран в единый пакет.

Лот 2 Контур дыхательный однократного применения

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Контур дыхательный однократного применения	штук	1 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Комплект контура дыхательного:

2.1.1. трубка гофрированная (15М) 1,8 м – 1 шт;

2.1.2. трубка гофрированная (15М) 0,9 м - 3 шт;

2.1.3. прямой адаптер (15М) - 5 шт;

2.1.4. Y-образный адаптер с портами Luer-Lock - 1 шт;

2.1.5. влагосборник - 1 шт;

2.1.6. маска дыхательная №3 (стерильная, в индивидуальной упаковке) - 1 шт;

2.1.7. шарнирный угловой адаптер - 1 шт;

2.1.8. фильтр дыхательный с тепловлагообменом (стерильный, в индивидуальной упаковке)-1 шт;

2.1.9. мешок дыхательный 2 л.-1 шт.

2.2. Контур дыхательный однократного применения;

2.3. Комплект контура должен быть собран в единый пакет.

