

Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Автоклав паровой (<u>без термопринтера</u>)	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

- 2.1 Полезный объем стерилизационной камеры $24,7 \pm 3$ дм³;
 - 2.2 Габаритные размеры (В x Ш x Г): $(400 \times 450 \times 690) \pm 50$ мм;
 - 2.3 Внутренние размеры рабочей камеры: диаметр 246 ± 30 мм, глубина - 450 ± 30 мм;
 - 2.4 Максимальное избыточное давление в стерилизационной камере 22 кПа;
 - 2.5 Напряжение: $220 \pm 10\%$ В, частота: $50 \pm 1\%$ Гц;
 - 2.6 Потребляемая мощность: не более 2.2 кВт;
 - 2.7 Объем резервуара для воды: 2,75 л;
 - 2.8 Количество кассет не менее 2 шт;
 - 2.9 Основные элементы должны быть изготовлены из коррозионностойкой стали;
 - 2.10 Вес не более 50 кг;
 - 2.11 Стерилизация насыщенным водяным паром, максимальная температура пара не менее 134*, диапазон установки температуры стерилизации от 121*С до 134*С;
 - 2.12 Камера, внутренняя поверхность двери, корпус выполнены из нержавеющей стали.
- Примечание: * - обозначение градусов по Цельсию.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев.