

Лот 1

Синтетический рассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал на основе гликолида и капролактона. Срок рассасывания 90-120 дней.

1. Состав (комплектация)

1	Монофиламентная нить из полигликолида и капролактона, USP 1 игла 1/2 колющая дл.иглы 36мм дл.нити 150см	шт.	55
2	Монофиламентная нить из полигликолида и капролактона, USP 3/0 кривизна иглы 3/8 режущая дл.иглы 19мм дл.нити 45см	шт.	10
3	Монофиламентная нить из полигликолида и капролактона, USP 3/0 кривизна иглы 1/2 колющая дл.иглы 19мм дл.нити 75см	шт.	548
4	Монофиламентная нить из полигликолида и капролактона, USP 2/0 кривизна иглы 1/2 колющая дл.иглы 22мм дл.нити 75см	шт.	405
5	Монофиламентная нить из полигликолида и капролактона, USP 2/0 кривизна иглы 3/8 режущая дл.иглы 26мм дл.нити 75см	шт.	10
6	Монофиламентная нить из полигликолида и капролактона, USP 0 игла 1/2 колющая дл.иглы 26мм дл.нити 75см	шт.	900
7	Монофиламентная нить из полигликолида и капролактона, USP 0 игла 1/2 колющая дл.иглы 28мм дл.нити 90см	шт.	205

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. Характеристики нити:

2.1.1. Гладкое покрытие нитей полимерами должно обеспечивать улучшение скольжения, тем самым способствовать минимальной травматизации при прохождении через ткани, устранение «эффекта пиления».

2.1.2. Биологическая инертность с минимальной тканевой реакцией на материал

2.1.3. Повышенная сопротивляемость к усталости материала, обеспечивает долговременную прочность.

2.1.4. Соответствие химического состава нитей

2.2. Характеристики иглы:

2.2.1. Изготовлена из специального сплава повышенной прочности, обеспечивает устойчивость к изгибу или поломке иглы

2.2.2. высокая эластичность иглы (способность иглы не ломаться при ее механическом сгибании на 45 градусов от изначального положения)

2.2.3. Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления

2.2.4. Тело иглы с высокой проникающей способностью, отсутствие «эффекта прилипания»

2.2.5. Игла должна выдерживать не менее 20 вкол-выколов (при наложении анастомозов)

2.2.6. Радиус кривизны изогнутых игл должен быть постоянным. Диапазон отклонений по длине иглы ± 3 мм

2.3. Требования к упаковке

2.3.1. Товар должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузо-разгрузочных операциях и хранении.

2.3.2. Нить с иглой упакованы в двойную стерильную упаковку

2.3.3. Внутренняя индивидуальная стерильная упаковка с легко отслаивающимися листками, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу.

2.3.4. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения и имеет доступ в одно движение к игле.

2.3.5. Внутренняя упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, изображения иглы.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 60% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем

Разработчик технических требований:
Главный внештатный специалист
по стационарной хирургии



И.В.Сабалевский