

Общество с ограниченной
ответственностью "БЕЛТОПМЕД"
220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Железнодорожная 37/1, каб. 11
Тел. +375 17 378-16-34
Факс +375 17 320-07-37

Государственное учреждение «Республиканский
клинический медицинский центр» Управления
делами Президента Республики Беларусь
223028, Минская обл., Минский р-н,
Ждановичский с/с, 81/5, район агрогородка
Ждановичи
Тел. +375 17 543-44-44

Дефектный акт № 703 от 04.08.2026
по результатам диагностики оборудования.

1. Наименование, модель и серийный номер оборудования:

шкаф для хранения и сушки эндоскопов Scope Store + (ED/SST/V10), серийный номер К 21190

2. Выявленные неисправности:

лифт № 0878541

- неисправность кнопки включения/выключения
- неисправность блока подсветки

3. Перечень работ для восстановления полного функционирования аппарата:

- ремонт кнопки включения/выключения, блока подсветки

4. Перечень необходимых запасных частей и материалов:

- разъем питания – 1 шт.
- плавкий предохранитель – 6 шт.

ООО "БЕЛТОПМЕД"
Начальник отдела сервиса

Булавский В. А.

Подпись



Представитель «Государственное
учреждение «Республиканский клинический
медицинский центр» Управления делами
Президента Республики Беларусь»

Должность, ФИО

Подпись

Инициал по дог. с/с. В.А. Савосир