

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Кол-во
1.	Консоль анестезиологическая потолочная двухплечевая, состав каждой из 4-х консолей:	шт.	4
1.1.	Вертикальная колонна консоли, регулируемая по высоте, в составе:	шт.	1
1.1.1	Блок из не менее, чем 8-ми электрических розеток первой особой категории, 220В/50Гц, с контрольным индикатором	шт.	1
1.1.2.	Блок разъемов выравнивания потенциалов, не менее 4 разъемов	шт.	1
1.1.3.	Блок разъемов локальной вычислительной сети стандарта RJ45, не менее 2 разъемов	шт.	1
1.1.4.	Разъемы для подачи кислорода, стандарт DIN	шт.	не менее 2
1.1.5.	Разъемы для подачи сжатого воздуха, 5 бар, стандарт DIN	шт.	не менее 2
1.1.6.	Разъемы для подачи вакуума, стандарт DIN	шт.	не менее 2
1.1.7.	Разъем для подачи закиси азота, стандарт DIN	шт.	не менее 1
1.1.8.	Разъем для активной системы удаления отработанных наркозных газов (AGSS)	шт.	1
1.1.9.	Крепежный элемент для подвешивания имеющихся в наличии наркозно- дыхательных аппаратов*	шт.	1
1.2	Полка с выдвижным ящиком для вертикальной колонны	шт.	1
1.3	Стандартный медицинский рельс с креплением на вертикальной колонне	шт.	2
1.4	Комплект для вакуумной аспирации в составе:	шт.	1
1.4.1	Многоразовая сменная емкость для сбора жидкости, автоклавируемая	шт.	4
1.4.2.	Регулятор вакуума с манометром	шт.	1
1.4.3.	Крепление для 2-х емкостей	шт.	1
1.4.4.	Шланг для подключения к системе центрального вакуума, DIN стандарт	шт.	1

1.5	Сетчатая корзина для катетеров с комплектом крепления на стандартный медицинский рельс	шт.	1
1.6.	Вешалка для гибких эндоскопов с креплением на вертикальной колонне	шт.	1
1.7.	Инфузионная стойка с возможностью подвешивания емкостей с инфузионными растворами и крепления инфузоматов	шт.	1
1.8.	Увлажнитель кислорода в составе:	шт.	1
1.8.1.	Регулируемый расходомер кислорода	шт.	1
1.8.2.	Сменная автоклавируемая емкость для увлажнения кислорода	шт.	2
1.8.3.	Шланг подачи кислорода, DIN стандарт, и крепление расходомера на стандартный медицинский рельс (не требуются, если расходомер крепится непосредственно в разъем подачи кислорода)	шт.	1

* В наличии наркозно-дыхательные аппараты Draeger Primus, Draeger AG – 2 шт.; A9, Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd – 2 шт.

2. Технические требования:

2.1. Поворачивающаяся вертикальная колонна консоли с электрическим приводом перемещения по высоте в диапазоне не менее 500 мм при грузоподъемности консоли не менее 250 кг в любом положении**;

2.2. Верхнее поворотное плечо консоли длиной 700-900 мм, нижнее поворотное плечо длиной 700-900 мм;

2.3. Крепеж для наркозного аппарата должен быть снабжен бесконтактным электронным датчиком правильности крепления наркозно-дыхательного аппарата, предотвращающим падение аппарата при его неправильном креплении;

2.4. Оба плеча консоли оснащены системой тормозов. Управление системой тормозов и вертикальным перемещением колонны с пульта, расположенного на вертикальной колонне;

2.5. Полка с выдвижным ящиком снабжена защитными бамперами и имеет возможность навешивания на разной высоте в зависимости от потребностей заказчика.

2.6. Размер полки не менее 600 мм (Ш)х 450 мм (Г);

2.7. Производительность комплекта для вакуумной аспирации не менее 40 л/мин по воздуху, объем емкостей в пределах 1000-2000 мл;

2.8. Регулировка потока кислорода расходомером не менее пределов 1-10 л/мин

** Обязательное требование, обусловленное массой имеющихся в наличии наркозно-дыхательных аппаратов и прочего оборудования, которое предполагается разместить на консолях. При несоответствии предложения этому требованию, предложение будет отклонено.