

Реагенты, контрольные и расходные материалы для автоматического гематологического анализатора YUMIZEN H500 OT: производства HORIBA ABX SAS (Франция)

Лот № 1:

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация):

№	Наименование, подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Ед.изм.	Количество
1.	Изотонический раствор (дилуент), не менее 20 л	л	640
2.	Реагент для определения клеточных популяций, не менее 1 л	л	64
3.	Промывающий раствор, не менее 1 л	л	68
4.	Раствор концентрированной промывки, не менее 0,5 л	л	9
5.	Контрольный материал (низкий уровень) 1 флакон не более 3мл	мл	36,0
6.	Контрольный материал (нормальный уровень) 1 флакон не более 3мл	мл	36,0
7.	Контрольный материал (высокий уровень) 1 флакон не более 3мл	мл	36,0

2. Технические требования: Реагенты должны быть, предназначенные для работы на автоматическом гематологическом анализаторе Yumizen H500 OT и подтверждаться документами в соответствии с руководством (инструкцией) пользователя, либо иными документами.

3. Требования о наличии технической документации и иной информации:

3.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий реагенты для анализатора автоматического гематологического YUMIZEN H500 OT (HORIBA ABX SAS, Франция).

Лот №2:

1. Состав(комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	количество
1	Реагент ABX Diluent / изотонический раствор или аналог, (объем канистры не менее 20л)	л	400
2	Реагент ABX Whitediff / лизирующий раствор или аналог (объем канистры не менее 1л).	л	36
3	Реагент ABX Cleaner / промывающий раствор или аналог(объем канистры не менее 1л).	л	24
4	ABX Minoclair / чистящий раствор используется для концентрированной промывки или аналог (объем флакона не менее 0,5 л).	л	2

5	Контрольный материал ABX Diffrol L или аналог -низкий уровень, 1фл не менее 3,0мл.	фл.	12
6	Контрольный материал ABX Diffrol N или аналог нормальный уровень, 1фл не менее 3,0мл.	фл.	12
7	Контрольный материал ABX Diffrol H или аналог -высокий уровень, 1фл не менее 3,0мл.	фл.	12

2. Технические требования:

2.1 предлагаемые реагенты должны быть предназначены для работы анализаторе автоматическом гематологическом Yumizen H500 OT, производства HORIBA ABX SAS,

ФРАНЦИЯ;

3. Требования предъявляемые законодательством Республики Беларусь к медицинским изделиям при их обращении:

3.2 все документы должны быть на русском или белорусском языке.