

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBVY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBVY2X УНП 400052327

На № 19.08.2026 № 4-17/300
ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на **«Медицинские весы электронные для взвешивания»** (см. Приложение 1)

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, преysкурaнт и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **20.08.2026г.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

Приложение №1
к заявке на закупку

Медицинские весы электронные
для взвешивания детей и взрослых

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
ЛОТ №1: Медицинские весы электронные для взвешивания детей и взрослых

1. Состав (комплектация на 1 комплект) медицинских изделий

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Медицинские весы электронные для взвешивания детей и взрослых	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№п/п	Наименование	Параметры
2.1	Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг, не более/ наименьший (НПВ)	200/0,40
2.2	Электропитание от сети, В/Гц	220-230/50±5%
2.3	Потребляемая мощность, В-А, не более	15
2.4	Индикатор с цифровым отображением значений	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Приложение №1
к заявке на закупку
Медицинские весы электронные
для взвешивания новорожденных и детей в возрасте до 1,5 лет оборудования

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
ЛОТ №1: Медицинские весы электронные для взвешивания новорожденных и детей в
возрасте до 1,5 лет

1. Состав (комплектация на 1 комплект) медицинских изделий

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Медицинские весы электронные для взвешивания новорожденных и детей в возрасте до 1,5 лет	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№п/п	Наименование	Параметры
2.1	Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг, не более	25
2.2	Предел допускаемой погрешности г., не более	±15 г
2.3	Электропитание от сети, В/Гц	220-230/50±5%
2.4	Потребляемая мощность, Вт, не более	10
2.5	Время установки показаний при взвешивании, с, не более	5
2.6	Индикатор с цифровым отображением значений	наличие
2.7	Время непрерывной работы весов должно быть, ч, не менее	12

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.