

Приложение № 1
к заявке на закупку

Расходные материалы для стерилизатора плазменного

(наименование предмета
государственной закупки согласно
формуляру медицинских изделий)

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Расходные материалы для стерилизатора плазменного на 2026 год

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
1	Кассета со стерилизующим средством (1-кассета --- 12-картриджей)	шт.	250
2	Индикатор химический (1 упак.- 200 шт.)	шт.	6000
3	Индикатор биологический (1 упак.-50 шт.)	шт.	50

2. Технические требования:

ЛОТ № 1 Кассета со стерилизующим средством (1-кассета --- 12-картриджей)	
2.1 картридж со стерилизующим агентом (перекись водорода) для стерилизаторов низкотемпературных пероксидноплазменных; 2.2 содержание перекиси водорода – 53-60%, остальное вода; 2.3 время стерилизации: стандартный цикл; быстрый цикл - 7 мин.; гибкий цикл-5 мин.; 2.4 одна кассета рассчитана на не более 6-ти стандартных циклов стерилизации; 2.5 кассета изготовлена из специального устойчивого к перекиси пластика 2.6 для стерилизатора низкотемпературного пероксидноплазменного PS-100XP производства Shinva Medical Instrument Co., Ltd., КИТАЙ	
ЛОТ № 2 Индикатор химический	
2.1 должен иметь нанесенный контрольный цвет для подтверждения успешности процесса стерилизации; 2.2 цвет чернил индикатора достигает контрольного цвета, либо принимает более красный/лиловый оттенок при успешном прохождении процесса стерилизации; 2.3 должен иметь ламинированную основу и клейкий слой 2.4 для стерилизатора низкотемпературного пероксидноплазменного PS-100XP производства Shinva Medical Instrument Co., Ltd., КИТАЙ	
ЛОТ № 3 Индикатор биологический	
2.1 должен содержать бактериальные споры: Bacillus termophilus ATCC7953; 2.2 содержание бактерий: 1x10 ⁶ КОЕ/шт.; 2.3 полный контроль культуры в течении 48 часов; 2.4 питательная среда должна менять цвет на желтый после 48 часов инкубации, если стерилизация не прошла надлежащим образом	

2.5 для стерилизатора низкотемпературного пероксидноплазменного PS-100XP
производства Shinva Medical Instrument Co., Ltd., КИТАЙ

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации.

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке;