



BELINTELMEД

ООО "БЕЛИНТЕЛМЕД"
тел./факс: +375 17 290 52 70
тел.: + 375 17 385 17 58
+ 375 17 385 17 59
e-mail: info@belintelmed.by
www.belintelmed.by

29.07/16

Дефектный акт

г. Минск

21 июля 2026 г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии – заместитель директора Маничев И.А.,
члена комиссии – ведущий инженер по метрологии Шкарупина Я.Б.,
- начальник производственного участка Забродский С.В.
составила настоящий акт о следующем.

Спирометр автоматизированный многофункциональный МАС-1 зав.№ 674 (год выпуска 2008), принадлежащий ГУЗ «Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова», поступил в ООО «Белинтелмед» для проведения технического обслуживания и поверки.

В результате выполнения инструментального контроля основных параметров и характеристик данного спирометра выявлено:

- повреждение данных на устройстве хранения данных (рабочей программы);
- неисправность сенсора потока.

Заключение комиссии: для восстановления работоспособности спирометра необходимо провести восстановление данных на устройстве хранения данных (рабочей программы), ремонт сенсора потока.

Председатель комиссии

Члены комиссии


И.А. Маничев
Я.Б. Шкарупина
С.В. Забродский