

Контуры дыхательные
(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Количество, шт.
1	ЛОТ № 1 Контур дыхательный анестезиологический стандартный 22М	40
1.1.	трубка гофрированная -5 шт.	
1.2.	прямой адаптер контура – 4 шт.	
1.3.	У-образный адаптер - 1 шт.	
1.4.	влагосборник – 2 шт.	
1.5.	Угловой адаптер - 1 шт.	

* в состав могут входить дополнительные элементы (комплектующие), обеспечивающие работу контура

№	Наименование	Количество, шт.
1	ЛОТ № 2 Контур дыхательный анестезиологический 15М (детский)	10
1.1.	трубка гофрированная - 5 шт.	
1.2.	прямой адаптер контура – 4 шт.	
1.3.	У-образный адаптер - 1 шт.	
1.4.	влагосборник -2 шт.	
1.5.	Угловой адаптер - 1 шт	

* в состав могут входить дополнительные элементы (комплектующие), обеспечивающие работу контура

2. *Технические требования:* одноразовый, стерильный.
3. *Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):*
- согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.
4. *Требования о наличии технической документации и иной информации:*

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Контуров дыхательные
(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

Состав (комплектация) медицинских изделий:

ЛОТ № 3

Контур дыхательный анестезиологический стандартный

№	Наименование	Количество шт.	Общее Количество (упаковок)
1.	трубка гофрированная	1	70 упаковок
2.	трубка гофрированная	3	
3.	прямой адаптер контура	4	
4.	У-образный адаптер	1	
5.	влагосборник	1	
6.	Угловой адаптер	1	
7.	Фильтр дыхательный	1	

ЛОТ № 4

Контур дыхательный анестезиологический стандартный

№	Наименование	Количество шт.	Общее Количество (упаковок)
1.	трубка гофрированная	2	50 упаковок
2.	Дополнительная трубка длиной	1	
3.	прямой адаптер контура	4	
4.	У-образный адаптер	1	
5.	Угловой адаптер	2	
6.	Маска анестезиологическая	1	
7.	Фильтр дыхательный	1	

2. Технические требования:

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

ЛОТ № 3. Контур дыхательный анестезиологический стандартный

№	Наименование
1.	Контур гофрированный конфигурированный длиной 1,8 м, диаметр 22 мм. Одноразовый в единой упаковке
1.1.	трубка гофрированная 1,8 м
1.2.	трубка гофрированная 0,8-1,0 м
1.3.	прямой адаптер контура 22 мм.
1.4.	У-образный адаптер с температурным портом, с герметизирующей заглушкой и портом дозированного введения
1.5.	Угловой адаптер с портом для CO2 (длина гофрированной трубки не менее 20 см.)
2.	Весь комплект должен быть упакован в одну стерильную упаковку
3.	Фильтр также должен быть стерильный в индивидуальной упаковке

Лот № 4. Контур дыхательный анестезиологический стандартный

№	Наименование
1.	Контур гофрированный конфигурированный длиной 1,8 м, диаметр 22 мм

	Одноразовый в единой упаковке.
1.1.	трубка гофрированная 1,8 м
1.2.	Дополнительная трубка длиной 0,8-1,0 м
1.3.	прямой адаптер контура 22 мм.
1.4.	У-образный адаптер с температурным портом, с герметизирующей заглушкой и портом дозированного введения
1.5.	Угловой адаптер с портом для CO2
1.6.	Маска анестезиологическая, прозрачная с мягкой надуваемой манжетой, размер маски 5
1.7.	Весь комплект должен быть упакован в одну стерильную упаковку
1.8.	Фильтр также должен быть стерильный в индивидуальной упаковке

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ либо выписка из Государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;

4.2. (для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь): документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий»;

4.3. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.