

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация)

№ п/п	Наименование	Кол-во на
1.	Кушетка AR-A06 (стол перевязочный) или аналог	1 штука

2. Технические требования

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Кол-во
1. Кушетка AR-A06 (стол перевязочный) или аналог			
1.1	5-ти секционная опорные поверхности с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии		
1.2	Механизм подъема ложа с гидравлическим приводом, управляемым ножной педалью		диапазон высот от 500 до 900, мм
1.3	Металл в полимере		
1.4	Без отверстия для лица		
2. Конфигурация панелей			
2.1	Наклоны спинной секции вверх не менее 70°		Наличие
3. Технические характеристики перевязочного стола			
*3.1	Грузоподъемность, не менее, кг		220
3.2	Высота в пределах, мм		500-900
3.3	Ширина стола, мм		650±10
3.4	Длина стола, мм		2100 ±10

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Медицинская техника должна быть новой, не восстановленной.

3.2. В стоимость предложения должны быть включены:

3.2.1. Сборка/монтаж на объекте заказчика (ввод МТ в эксплуатацию).

3.2.2. Гарантийное обслуживание на объекте сроком не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатации.

3.3. Копия регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь на товар.

Разработано:

/