

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Аквадистиллятор медицинский электрический	шт	1
В состав (комплектация) одной штуки оборудования должно входить:			
1.1	Пульт управления	шт	1
1.2	Шланг для подвода/отвода воды	шт	2
1.3	Запасные ТЭНы	шт	10
1.4	Внешний электроблок	шт	1
1.5	Теплозащитный внешний кожух	шт	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. производительность – не менее 25 л/час;
- 2.2. материал корпуса – нержавеющая сталь высокого качества;
- 2.3. быстросъемная конструкция камеры конденсации над камерой испарения – наличие;
- 2.4. тип нагревателей – ТЭНы из нержавеющей стали;
- 2.5. автоматическое отключение при прекращении подачи воды и поддержание уровня воды в испарителе – наличие;
- 2.6. время непрерывной работы – не менее 8 часов;
- 2.7. потребляемая мощность – не более 16,2 кВА;
- 2.8. температура производимой воды – в диапазоне от 70°C до 85°C.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Гарантийный срок исчисляется с момента ввода оборудования в эксплуатацию и должен быть не менее 24 месяцев.