

Приложение №1
к заявке на закупку
медицинских изделий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светильника бестеневого передвижного однокупольного хирургического
высокого класса

для применения в акушерстве и гинекологии

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ пункта	Наименование параметра	Единица измерения	Количество
1.1.	Светильник передвижной однокупольный	шт.	1
1.2.	Рукоятка стерилизуемая	шт.	2
1.3.	Аккумуляторная батарея	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров(работ, услуг)».

2.1. Вертикальный штатив с регулировкой купола по высоте от пола на мобильном основании в диапазоне не менее от 1000 до 2100 мм;

2.2. Наличие изменение положения купола не только рукоятками, но и кольцом либо упорами для не стерильного персонала;

2.3. Наличие источника света-светодиоды со сроком службы не менее 60 000 часов;

2.4. Освещенность в центре светового поля на расстоянии 1 м, не менее 140 000 люкс;

2.5. Цветовая температура не менее 4000 К;

2.6. Индекс цветопередачи Ra не менее 97;

2.7. Фокусировка и размер операционного изменяемый от 200 до 350 мм;

2.8. Время работы при отключении электроэнергии не менее 5 часов;

2.9. Наличие регулировки освещенности не менее 10 до 100%.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку(годности, стерильности):

3.1. Срок гарантии не менее 12 месяцев;

3.2. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь;

3.3. При поставке предоставить сертификаты, подтверждающие качество товара ;
