

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Видеокамера с интегрированным в нее источником света	шт.	1
1.2	Светофильтр зеленый	шт.	1
1.3	Стойка-штатив для размещения и фиксации видеокамеры	шт.	1
1.4	Кабель сетевой	шт.	1
1.5	Программное обеспечение для видеокольпоскопа	шт.	1
1.6	Компьютер с принадлежностями	шт.	1
1.6.1	Мышь	шт.	1
1.6.2	Клавиатура	шт.	1
1.6.3	Источник бесперебойного питания	шт.	1
1.6.4	Монитор	шт.	1
1.6.5	Сетевой адаптер	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1 Видеокамера с интегрированным источником света:

2.1.1 Разрешение не менее HD.

2.1.2 Наличие автоматического и ручного режимов фокусировки.

2.1.3 Диапазон регулировки межзрачкового расстояния в пределах 52-75 мм.

2.1.4 Рабочее расстояние не менее 250 мм.

2.1.5 Кратность увеличения в пределах диапазона не менее 7,5-30 раз и не менее 3-х шагов регулировки увеличения.

2.1.6 Наличие светодиодного источника света, обеспечивающего освещенность в предметной плоскости не менее 10000 люкс.

2.1.7 Цветовая температура не менее 5500 К.

2.2 Фильтр встроенный зеленый:

2.2.1 Возможность непрерывной работы не менее 8 часов.

2.2.2 Среднее время работы светодиодов не менее 10000 ч.

2.3 Стойка-штатив для размещения и фиксации видеокамеры:

2.3.1 Наличие возможности перемещения в помещении (на колесах/роликах).

2.3.2 Наличие возможности регулировки высоты.

2.4 Программное обеспечение для видеокольпоскопа цифрового должно обеспечивать: сохранение кольпоскопической картинки на компьютере или любом другом носителе; создание протокола кольпоскопического исследования; формирование баз данных на пациентов, которым проведено исследование с последующим анализом; возможность распечатывания результатов и отчетной документации; наличие возможности интегрирования с медицинскими информационными системами.

2.5 Компьютер с принадлежностями:

2.5.1 Стандарт не менее CPU Intel Core i3 или G3220, ОЗУ не менее 4 Гб, HDD не менее 500 Гб.

2.5.2 Монитор не менее 15".

2.5.3 Источник бесперебойного питания не менее 400 VA.

2.5.4 Наличие не менее чем 2-х USB-портов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1 Срок гарантии не менее 24 месяцев с даты ввода медицинской техники в эксплуатацию.