

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Стереомикроскоп	шт.	1
1.2	Механизм фокусировки	шт.	1
1.3	Светофильтр зелёный	шт.	1
1.4	Устройство штативное	шт.	1
1.5	Блок питания	шт.	1
1.6	Сетевой кабель	шт.	1
1.7	Шнур осветительной системы	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О
государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1 Стереомикроскоп с интегрированным источником света:

2.1.1 Наличие механизма фокусировки с регулировкой в пределах от -7 до
+7 диоптрий.

2.1.2 Диапазон регулировки межзрачкового расстояния в пределах 52-75
мм.

2.1.3 Рабочее расстояние не менее 250 мм.

2.1.4 Кратность увеличения в пределах диапазона не менее 7,5-30 раз и не
менее 3-х шагов регулировки увеличения.

2.1.5 Наличие светодиодного источника света, обеспечивающего
освещенность в предметной плоскости не менее 10000 люкс.

2.1.6 Цветовая температура не менее 4000 К.

2.2 Фильтр встроенный зеленый:

2.3 Возможность непрерывной работы не менее 8 часов.

2.4 Среднее время работы светодиодов не менее 10000 ч.

2.5 Стойка-штатив с наличием возможности перемещения в помещении
(на колесах/роликах).

2.6 Наличие возможности регулировки высоты.

2.7 Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку
(годности, стерильности).

3.1 Срок гарантии не менее 24 месяцев с даты ввода медицинской техники