


УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

учреждения здравоохранения

«21-я центральная районная поликлиника

Заводского района г. Минска»

«»

Н.Я. Мысливчик

2025 г.



Техническое задание

Шкаф одностворчатый медицинский для одежды

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	Шкаф одностворчатый закрытый для одежды	Шт.	20

2. Технические требования:

- 2.1. шкаф одностворчатый: оснащен полками (сверху) и внизу для обуви и для головных уборов, штангой-вешалкой для одежды;
- 2.2. с металлической дверью с замком;
- 2.3. устойчив к дезинфекции внутренних и наружных поверхностей;
- 2.4. изготовлен из металла с антикоррозийным покрытием, белого цвета;
- 2.5. габаритные размеры: ширина – 480- 500 мм, глубина – 520- 550 мм, высота – до 1970 мм;
- 2.6. на высоких опорах (устойчивых); наличие вентиляционных отверстий;
- 2.7. оснащен перегородкой для личной одежды и санитарной;
- 2.8. высота полки для обуви не более 220 мм
- 2.9. гарантийный срок не менее 12 месяцев.

Разработчик технического задания:

главная медицинская сестра



А.Н.Полякова

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

учреждения здравоохранения

«21-я центральная районная
поликлиника Заводского района
г.Минска»



Н.Я.Мысливчик

«20» _____ 20____ г.

**Техническое задание
Кушетка медицинская**

1. Наименование оказываемых услуг:

Наименование	Количество
Кушетка медицинская	3

2. Технические требования:

1. Суммарная нагрузка на кушетку не менее 150 кг.
2. Основание кушетки должно быть изготовлено из металла с полимерным покрытием.
3. Основание кушетки имеет опорные элементы, исключающие повреждение напольного покрытия.
4. Рабочая поверхность – двухсекционная.
5. Матрас должен быть удобным для пациента, толщиной лежа от 45 до 60 мм.
6. Должен осуществляться подъем головной секции.
7. Наружные поверхности устойчивы к любым дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки. Устойчива к стиранию и механическим воздействиям.
8. Покрытие металлических частей – полимер.
9. Длина не более 2000 мм, ширина от 590 до 700 мм.
10. цвет покрытия темно-серый (либо бордовый)
11. Гарантийный срок эксплуатации не менее 18 месяцев.

Разработчик технического задания

А.Н.Полякова

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

учреждения здравоохранения

«21-я центральная районная
поликлиника Заводского района

г. Минска»

Н.Я.Мысливчик

2026 г.

Техническое задание

Стол одностумбовый

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Наименование	Количество, шт
Стол одностумбовый (расположение тумбы слева)	1

1. Стол должен быть изготовлен из стали с покрытием.
2. Столешница - постформинг.
3. под столешницей должны располагаться 2 подвесных, выдвигных ящика.
4. Наличие полок (3 штуки), прикрытые дверцей.
5. Допускаемая нагрузка на полку не менее 5-5,5 кг.
6. Допускаемая нагрузка на столешницу не менее 25 кг.
7. Наличие регулируемых опор.
8. Габаритные размеры, мм:
длина: 1370-1380
ширина: 600-650
высота: 760-850.

Разработчик технического задания



А.Н.Полякова