

Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
Лот 1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование предмета государственной закупки	Ед.изм.	Количество
1	Набор для ПЦР-диагностики гриппа А/В	набор	76
2	Набор для ПЦР-диагностики других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)	набор	60
	Итого		136

2. Технические требования к набору реагентов:

2.1. Должны обеспечивать выявление РНК вирусов гриппа А/В (п.1), других ОРВИ (п.2-парагрипп, риновирусы человека, РС-вирусы, метапневмовирус, аденовирус, бокавирус и др. в дополнение к перечисленным) методом одностадийной ОТ-ПЦР с детекцией результатов в режиме «реального времени» в биологическом материале;

2.2. Должны быть применимы на приборной базе детекции - амплификаторе Rotor-Gene 6000 или CFX96, или ДТ-96;

2.3. Количество тестов в наборе - не менее 50.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку годности: остаточный срок годности поставляемого товара на дату поставки должен составлять не менее 70% от срока годности, установленного производителем.

Разработчики технических требований:

	Ф.И.О.	должность	подпись
1	Курлюк И.Н.	Врач-лаборант лаборатории вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД Брестского областного ЦГЭиОЗ	
2.	Борисевич С.И.	Врач-лаборант (заведующий) лаборатории вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД Брестского областного ЦГЭиОЗ	

Согласовано:

главный внештатный специалист
по лабораторному обеспечению
эпиднадзора главного
управления по здравоохранению
Брестского облисполкома



Э.М. Михнович