

БелМТ №752/26

Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий
Лот №1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Флаконы со средой для выделения аэробных гемокультур: BacT/ALERT SA Aerobic или флаконы идентичного качества и количества для оценки риска бактериальной контаминации компонентов крови с совместимым оборудованием	шт.	8300

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.	Флаконы BacT/ALERT SA Aerobic или аналог должны обеспечивать выявление аэробных микроорганизмов на микробиологических анализаторах серии «BacT/ALERT» или совместимом оборудовании (для аналога).
2.2.	Каждый одноразовый стерильный флакон должен содержать датчик углекислого газа (как индикатор микробного роста) и питательную среду без активированного угля
2.3.	Флаконы с питательной средой должны быть предназначены для исследования образцов объёмом от 8 до 10 мл.
2.4.	Время инкубирования: от пяти до семи суток или до получения положительного результата.
2.5.	Аналитическая чувствительность (предел обнаружения), подтверждённая производителем на контрольных штаммах бактерий и грибов коллекций ATCC и/или CMCC в концентрации от 10 до 100 КОЕ/флакон: грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, дрожжевые грибы не позднее 48 часов с момента посева и загрузки в анализатор.
2.6.*	Участник должен предоставить совместимое с реагентами оборудование для проведения испытаний по оценке риска бактериальной контаминации компонентов крови на безвозмездной основе на время использования реагентов, являющихся аналогом флаконов BacT/ALERT SA Aerobic. Оборудование предоставляется в количестве 6 единиц (для 5 областных станций/центров трансфузиологии и 1 для РНПЦ трансфузиологии и

	медицинских биртехнологий) вместимостью не менее 120 флаконов для совместного использования по лоту 1 и 2.
--	--

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. согласно аукционным документам.

*При невыполнении данных требований предложение будет отклонено.

БелМТ №752/26

Лот №2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Флаконы со средой для выделения анаэробных гемокультур: BacT/ALERT SN Anaerobic или флаконы идентичного качества и количества для оценки риска бактериальной контаминации компонентов крови с совместимым оборудованием.	шт.	8300

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.	Флаконы BacT/ALERT SN Anaerobic или аналог должны обеспечивать выявление анаэробных микроорганизмов на микробиологических анализаторах серии «BacT/ALERT» или совместимом оборудовании (для аналога).
2.2.	Каждый одноразовый стерильный флакон должен содержать датчик углекислого газа (как индикатор микробного роста) и питательную среду без активированного угля.
2.3.	Флаконы с питательной средой должны быть предназначены для исследования образцов объемом от 8 до 10 мл.
2.4.	Время инкубирования: от пяти до семи суток или до получения

	положительного результата.
2.5.	Аналитическая чувствительность (предел обнаружения), подтверждённая производителем на контрольных штаммах анаэробных бактерий коллекции ATCC и/или CMCC в концентрации от 10 до 100 КОЕ/флакон: грамположительные и грамотрицательные анаэробы не позднее 48 часов.
2.6.*	Участник должен предоставить совместимое с реагентами оборудование для проведения испытаний по оценке риска бактериальной контаминации компонентов крови на безвозмездной основе на время использования реагентов, являющихся аналогом флаконов BacT/ALERT SN Anaerobic. Оборудование предоставляется для совместного использования по лотам 1 и 2.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. согласно аукционным документам.

*При невыполнении данных требований предложение будет отклонено.