

Список рабочих мест
по должностям (профессиям) для проведения инструментальных замеров
вредных и (или) опасных производственных факторов

№ п/п	Наименование фактора	Подразделение	Рабочее место	Кабинет №	Количество рабочих мест
1	2	3	4	5	6
1	Микроклимат	Процедурный кабинет	медицинская сестра прививочного кабинета	121, 121а	2
			медицинская сестра кабинет внутривенного забора крови	126, 127	2
			медицинская сестра кабинет для инъекций	128, 129	2
		Отделения дневного пробывания	медицинская сестра	404, 406, 407	3
		Кабинет массажа	медицинская сестра по массажу	203	1
		Кабинет водолечения	медицинская сестра по физиотерапии	208	1
		Кабинет теплолечения (озокерит).	медицинская сестра по физиотерапии	109	1
		Кабинеты электро-, свето-, магнито-, теплолечения, лечения ультразвуком.	медицинская сестра по физиотерапии	211, 214, 215	3
		Кабинеты функциональной диагностики	медицинская сестра	337, 338	2
		Отделение ультразвуковой диагностики	врач-ультразвуковой диагностики	427, 428, 429	3
		Женская консультация	врача-акушера-гинеколога	227 217	2
		Клинико-диагностическая лаборатория	фельдшер-лаборант	418	1
		Травмо-хирургическое отделение (операционная)	врач-хирург врач-травматолог медицинская сестра	302, 306	2
	ВСЕГО:				25
2	Освещенность	Процедурный кабинет	медицинская сестра прививочного кабинета	121, 121а	2
			медицинская сестра кабинет внутривенного забора крови	126, 127	2
			медицинская сестра	128, 129	2

		Отделения дневного пребывания	кабинет для инъекций медицинская сестра	404, 406, 407	3
		Клинико-диагностическая лаборатория	врач клинической лабораторной диагностики фельдшер-лаборант	423 418	1 1
		Женская консультация	врач-акушер-гинеколог	227	1
		Отделение ультразвуковой диагностики	врач-ультразвуковой диагностики (ЭВМ)	427, 428, 429	3
		Травмо-хирургическое отделение (операционная)	врач-хирург врач-травматолог медицинская сестра	302, 306	2
		Кабинеты функциональной диагностики	медицинская сестра	337, 338	2
		ВСЕГО:			19 (8 рм с ЭВМ)
3	Аэроионизация	Отделение ультразвуковой диагностики	врач-ультразвуковой диагностики (ЭВМ)	427, 428, 429	3
		Рентгеновское отделение	рентгенолаборант	107, 111, 414	3
	ВСЕГО:				6
4	Неионизирующие, электрические и электромагнитные излучения				
4.1	РЧ	Травма-хирургическое отделение, рабочее место врача-хирурга, работы с аппаратом «Сургидрон»: относятся к изделиям 1 класса; радиоволны выс. частоты 3,8-4,0 МГц.	врач-хирург	306	1
4.2	РЧ	Женская консультация, врача-акушера-гинеколога, работы с аппаратом «Сургидрон»: относятся к изделиям 1 класса; радиоволны выс. частоты 3,8-4,0 МГц.	врач-акушер-гинеколог	217	1

4.3	ЭМП промышленной частоты	Физиотерапевтическое отделение, кабинет электро- теплотечения, рабочее место медицинской сестры по физиотерапии с аппаратом «Явь- 1-5.6», заводской № 22792: - мощность, потребляемая от сети не более 25Вт; - рабочая длина волны 5.6мм (частота 53534 ± 10 МГц; - частота переменного тока 50Гц, напряжение 220В.	медицинская сестра по физиотерапии	211	1
4.4	ЭМП промышленной частоты	Физиотерапевтическое отделение, кабинет электро- теплотечения, рабочее место медицинской сестры по физиотерапии с аппаратом «Явь- 1-7.1», заводской № 45001: - мощность, потребляемая от сети не более 25Вт; - рабочая длина волны 7.105мм (частота 42194 ± 10 МГц; - частота переменного тока 50Гц, напряжение 220В.	медицинская сестра по физиотерапии	211	1
4.5	РЧ	Физиотерапевтическое отделение, кабинет электро- теплотечения, рабочее место медицинской сестры по физиотерапии с аппаратом «УВЧ-60», заводской № 0997: - рабочая частота аппарата, МГц 27,12 ± 0,163 - выходная мощность, регулируемая ступенчато, Вт (10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60) ±20%; - потребляемая мощность, ВА не более 250.	медицинская сестра по физиотерапии	215	1
4.6	РЧ	Физиотерапевтическое отделение, кабинет электро-	медицинская сестра по физиотерапии	211	1

		теплолечения, рабочее место Медицинской сестры по физиотерапии с аппаратом «УВЧ-30», заводской № 805: - рабочая частота, МГц $40.68 \pm 0.05\%$; - выходная мощность, Вт, макс $30 \pm 20\%$ - потребляемая мощность, ВА, не более 180.			
4.7	Лазерное излучение	Физиотерапевтический кабинет лазеротерапии, рабочее место Медицинской сестры по физиотерапии, работа с аппаратом «Родник-1», заводской № 01370231: - относится к излучениям 2 кл.; - Длина волны лазерного излучения (синяя область) $0,47 \pm 0,03$ мкм; - Длина волны лазерного излучения (красная область) $0,67 \pm 0,02$ мкм; - Длина волны лазерного излучения (инфракрасная область) 0,78 мкм. Режим работы непрерывный.	Медицинская сестра по физиотерапии	211	1
4.8	Лазерное излучение	Физиотерапевтический кабинет лазеротерапии, рабочее место Медицинской сестры по физиотерапии, работа с аппаратом «Жень-Шень», класс лазерной опасности 2, заводской № БН: Излучатель с длинами волн: $\lambda_1 = (0,405 \pm 0,03)$ мкм (синяя область спектра); $\lambda_2 = (0,650 \pm 0,03)$ мкм (красная область спектра);	Медицинская сестра по физиотерапии	211	1

	Максимальная средняя мощность излучения на выходе торца излучателя, мВт $I_1 = (0,405 \pm 0,03)$ мкм; не более 25 мВт $I_2 = (0,650 \pm 0,03)$ мкм; не более 40 мВт. Режим работы непрерывный.			
	ВСЕГО:			8
5	Шум, вибрация	Физиотерапевтическое отделение, кабинет водолечения	медицинская сестра по физиотерапии	208
	ВСЕГО:			1
6	Пробы питьевой воды	Комната приема пищи		207
	ВСЕГО:			1
ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ:				1
				60