

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Сосудистый протез (шунт) для гемодиализа линейный стандартный растягивающийся	штук	15

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Материал протеза должен быть из политетрафторэтилена;

2.2. Диаметр – 5-7 мм длина 30-50 см;

2.3. Двухслойное строение (для обеспечения стойкости протеза при многократных пункциях во время процедуры гемодиализа);

2.4. Продольная растяжимость для облегчения формирования необходимой длины;

2.5. Устойчивость к изгибу и скручиванию, к внешнему сдавливанию, легкая адаптация при формировании анастомозов;

2.6. Нулевая порозность и отсутствие кровотечения из мест укола иглы при наложении анастомоза;

2.7. Химическая инертность, биологическая совместимость и отсутствие биodeградации, отсутствие элонгации и дилатаций, не вызывать иммунологических реакций;

2.8. Кровонепроницаемость – не требуют предварительной обработки перед имплантацией;

2.9. Тромборезистентность;

2.10. Возможность тромбэктомии без эксплантации протеза;

2.11. Срок годности материала - не менее 2 лет, возможность повторной стерилизации, растягивающиеся (STRETCH).

2.4. Все расходные материалы – стерильные.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора (заказчика).