

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBVY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBVY2X УНП 400052327

На № 21.08.2026 № 4-17/307
ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на **«Реагенты и расходные материалы к анализатору мочи»** (см. Приложение 1)

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, преискуронт и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **25.08.2026 г.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В. Саварина

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

ЛОТ №1: Реагенты и расходные материалы к анализатору мочи

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1	Тест-полоски для мочи не менее 12 параметров: билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок, креатинин, кровь, pH, нитриты, микроальбумин, лейкоциты	361 400 штук
1.2	Суспензия контрольная для мочевых тест-полосок и осадка мочи (не менее 2-х уровней)	Комплекты в соответствии с проведением ежедневного контроля качества по всем уровням в течение 1 года (365 дней)
1.3	Кюветы	377 400 штук
1.4	Моющий раствор для ежедневной очистки (содержащий гипохлорид натрия не менее 5 %)	В соответствии с количеством исследований (377 400)

2. Технические требования:

2.1. По пункту 1.1: Каждая партия тест-полоски должна быть снабжена код-чипом.

2.2. Предлагаемые тест-полоски LabStrip U12 mALB/CREA, суспензия контрольная, кюветы и моющий раствор должны быть предназначены для применения на анализаторе мочи LabUMat 2 (п.1.1, п.1.2, п.1.4), UriSed 3 PRO (п.1.2, п.1.3, п.1.4) пр-ва 77 Elektronika Muszeripari Kft., Венгрия, либо могут быть предложены аналогичные тест-полоски, контрольный и расходный материал с предоставлением анализатора другого производителя, поставляемого по договору безвозмездного пользования (аренды).

2.3. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:

2.3.1	Должен обеспечивать работу для качественного и полуколичественного анализа физико-химических свойств мочи в автоматическом режиме
2.3.2	Стандартный спектр исследования физико-химических свойств мочи: билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок, креатинин, кровь, pH, нитриты, микроальбумин, лейкоциты.
2.3.3	Тип исследуемых образцов: моча
2.3.4	Интерфейс на русском языке
2.3.5	Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ»)
2.3.6*	Производительность не менее 100-150 образцов в час (осадок)
2.3.7*	Производительность не менее 200-250 полосок в час (физико-химич.свойства)

Примечание: не выполнение пунктов со знаком «*» ведет к отклонению предложения

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки: согласно документам организатора.