

Лот №2

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Шкаф сухо-тепловой	штука	1
В состав (комплектация) одной штуки оборудования должно входить:			
1.1	Шкаф сухо-тепловой	шт	1
1.2	Подставка (встроенные ножки)	шт	1 – подставка 4 – ножки
1.3	Полки (кассеты), не менее	шт	5
1.4	Встроенный вентилятор	шт	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных
закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. объем камеры, не менее – 80 литров;
- 2.2. питание - от сети переменного тока с номинальным напряжением 220-230 В,
частотой тока 50 (± 1) Гц – наличие;
- 2.3. потребляемая мощность, не более – 2,5 кВт;
- 2.4. предельная температура нагрева, не более - $+200^{\circ}\text{C}$;
- 2.5. режимы работы:
 - 2.5.1. стерилизация – не более 160°C при не более 150 мин;
 - 2.5.2. стерилизация – не более 180°C при не более 60 мин;
 - 2.5.3. дезинфекция – не более 120°C при не более 45 мин;
 - 2.5.4. сушка – не более 85°C при не более 30 мин.
- 2.6. время нагрева от 35°C до 180°C , не более – для загруженной камеры 55 мин –
наличие;
- 2.7. время охлаждения до $+70^{\circ}\text{C}$, не более – 55 мин – наличие;
- 2.8. вентиляция – подключаемая принудительная – при наличии;
- 2.9. возможность ручного набора параметров (программирования) - не менее 4-х
режимов - при наличии;
- 2.10. цифровая индикация заданных температур – при наличии.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности,
стерильности):**

Гарантийный срок исчисляется с момента ввода оборудования в эксплуатацию и
должен быть не менее 24 месяцев.